

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Միկրոպլանշետայի և ընթերցող սարք Autobio PHOmo	Autobio PHOmo	PHOmo	Autobio Diagnostics co. ltd	Տեխնիկական պարամետրեր և չափում` • Չափման մեթոդ: Կլանման (Absorbance): • Չափման մեթոդը` Endpoint և Kinetic • Սկանավորման ֆունկցիա` բարձր ճշգրտությամբ սկանավորում` մինչև 29 points/well • Լույսի աղբյուր: LED` ունի 8 անկախ անցուղի, ապահոված լինի ինքնատրամաչափման (Self- calibrating) • Պնակի տեսակը` 96,48, հարթ Ս և V հատակով • Ճշգրտություն` 0.000-1.000 OD միջակայքում ± 0.02 , 1.000-2.000 OD միջակայքում ± 0.02 • Գծայնություն

(Linearity): 0.000-3.000 OD կլանման միջակայքում գծայնության կորելացման գործակիցը $\geq 0,990$ • Վերարտադրելիություն (Reproducibility): 0.15% (1.0 OD-ի դեպքում) • Չափման տևողության` 2վրկ մեկ ակիքի դեպքում, 5վրկ 2 ակիքի դեպքում • Ալիքի երկարության միջակայք: Ապահովվի 400 - 700 նմ տիրույթում չափում: • Օպտիկական ֆիլտրեր: 405, 450, 492, 620 նմ ստանդարտ ֆիլտրեր` ունի հնարավորություն հավելյալ ֆիլտրեր տեղադրելու: • Սկանավորման լուծաչափ: 29 կետ մեկ անցքում (0.2 մմ քայլով): • Ինտերֆեյս: USB 2.0 և RS232 (9-pin) ապահովում: 2-ֆիզիկական բնութագրեր և առավելություններ` • Քաշ: 13.5կգ: • Չափսեր (LxPxԵ): Առավելագույնը 33,5սմ x 20.5 սմ x 47 սմ : • Հովացում: Դիզայն առանց օդափոխիչի (Blower-free). սարքի ներսում օդի շրջանառության բացակայություն` օպտիկական համակարգը փոշու ներթափանցումից պաշտպանելու համար: • Շահագործման պայմաններ: Աշխատանքային

					ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 10°C-ից 40°C առավելագույնը, խոնավությունը՝ 15%-85% RH: 3-Ծրագրային փաթեթ և կապ՝ • Ծրագրային ապահովում: Լրակազմում ներառված է մասնագիտացված ծրագրային փաթեթը՝ տվյալները համակարգչին փոխանցելու, կարդալու և մշակելու համար: • Ֆունկցիոնալություն: Տվյալների պահպանում բազայում, արտահանում Excel ձևաչափով, պացիենտների ID-ների և տվյալների կառավարում: • Վերլուծական մեթոդներ առնվազն: Linear regression, point to point, cubic spline, 4 պարամետրի վրա հիմնված առանցքների մաշտաբավորում : • Որակի հսկողություն: Ներքին որակի հսկողության ֆունկցիայի առկայություն: • 1 նմուշից միաժամանակ առնվազն 12 տարբեր հետազոտությունների կատարվող հնրավորություն: 4. Սերտիֆիկացում և համապատասխանություն՝ • Կարգավորում: Համապատասխանություն EU/2017/746 (IVDR) պահանջներին:
--	--	--	--	--	---

					• Որակի ստանդարտներ: Արտադրողի ISO 9001 և EN ISO 13485 հավաստագրերի առկայություն: • Համապատասխանություն: Սարքավորումը ունի CE սերտիֆիկատ: Ապրանքը նոր, է չօգտագործված և ֆիրմային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Убщщщ УЩ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-EUΔUЩF-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					