ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PERIODMED	PM-LP12A	PERIODMED	"Բազմաֆունկցիոնալ պացիենտի մոնիտոր (ստացիոնար)։ Նախատեսված պացիենտի կենսական կարևորագույն ֆունկցիաների շուրջօրյա ոչ ինվազիվ հսկողության համար։ Էկրանը՝ գունավոր TFT կամ LCD տեխնոլոգիայով, անկյունագիծը՝ ոչ պակաս քան 10.1 դյույմ։ Միաժամանակյա արտածվող կորագծերի քանակը՝ առնվազն 4։ Չափվող նվազագույն պարամետրերն են՝ 1. Էլեկտրասրտագրություն (ECG)։ Ոչ պակաս քան 3 արտածումների հնարավորություն։ Սրտի զարկերի հաճախականության (HR) չափման միջակայքը՝ առնվազն 15-300 զ/ր։ ST սեգմենտի անալիզ և առիթմիաների դետեկցիա։ 2. Շնչառության հաճախականություն (RR)։ Չափման միջակայքը՝ առնվազն 0-120 շ/ր։ 3. Պուլսօքսիմետրիա (SpO2)։ Արյան թթվածնով հագեցվածության չափման միջակայքը՝

				0-100%: Պուլսի հաճախականության (PR) չափում: Սարքը պետք է ապահովի ճշգրիտ ցուցանիշներ նաև ցածր պերֆուզիայի պայմաններում: 4. Ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշում (NIBP): Չափման մեթոդը՝ օսցիլոմետրիկ: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ ձեռքի (Manual), ավտոմատ (Auto) և անընդհատ (STAT): Չափվող պարամետրեր՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին ճնշում: 5. Ջերմաստիճան (Temp): Առնվազն 1 չափիչ մուտք: Չափման միջակայքը՝ 0-50°C: Մոնիտորը պետք է ունենա տվյալների պահպանման հնարավորությունTrends)՝ առնվազն վերջին 72 ժամվա թվային և գրաֆիկական տվյալների արխիվացում: Մոնիտորը պետք է ունենա ահազանգման համակարգ՝ տեսողական (լուսային) և ձայնային ահազանգեր բոլոր չափվող պարամետրերի համար (սահմանային արժեքների կարգավորման հնարավորությամբ): Սնուցումը՝ 220V, 50Hz փոփոխական հոսանքից և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցից (Li-ion): Ինքնավար (ավտոնոմ) աշխատանքի ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ: Լրակազմը պետք է պարունակի՝ Առնվազն 1 հատ ECG մալուխ և բազմակի օգտագործման էլեկտրոդների հավաքածու, առնվազն 1 հատ SpO2 բազմակի օգտագործման տվիչ (մեծահասակի), առնվազն 1 հատ NIBP թևքածալ (մեծահասակի) և միացնող խողովակ, առնվազն 1 հատ ջերմաստիճանի տվիչ (մակերեսային): Սարքավորումը ունի CE սերտիֆիկատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	PERIODMED	PM-LP12A	PERIODMED	"Բազմաֆունկցիոնալ պացիենտի մոնիտոր (ստացիոնար)։ Նախատեսված պացիենտի կենսական կարևորագույն ֆունկցիաների շուրջօրյա ոչ ինվազիվ հսկողության համար։ Էկրանը՝ գունավոր TFT կամ LCD տեխնոլոգիայով, անկյունագիծը՝ ոչ պակաս քան 10.1 դյույմ։ Միաժամանակյա արտածվող կորագծերի քանակը՝ առնվազն 4։ Չափվող նվազագույն պարամետրերն են՝ 1. Էլեկտրասրտագրություն (ECG)։ Ոչ պակաս քան 3 արտածումների հնարավորություն։ Սրտի զարկերի հաճախականության (HR) չափման միջակայքը՝ առնվազն 15-300 զ/ր։ ST սեգմենտի անալիզ և առիթմիաների դետեկցիա։ 2. Շնչառության հաճախականություն (RR)։ Չափման միջակայքը՝ առնվազն 0-120 շ/ր։ 3. Պուլսօքսիմետրիա (SpO2)։ Արյան թթվածնով հագեցվածության չափման միջակայքը՝

				0-100%: Պուլսի հաճախականության (PR) չափում: Սարքը պետք է ապահովի ճշգրիտ ցուցանիշներ նաև ցածր պերֆուզիայի պայմաններում: 4. Ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշում (NIBP): Չափման մեթոդը՝ օսցիլոմետրիկ: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ ձեռքի (Manual), ավտոմատ (Auto) և անընդհատ (STAT): Չափվող պարամետրեր՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին ճնշում: 5. Ջերմաստիճան (Temp): Առնվազն 1 չափիչ մուտք: Չափման միջակայքը՝ 0-50°C: Մոնիտորը պետք է ունենա տվյալների պահպանման հնարավորությունTrends)՝ առնվազն վերջին 72 ժամվա թվային և գրաֆիկական տվյալների արխիվացում: Մոնիտորը պետք է ունենա ահազանգման համակարգ՝ տեսողական (լուսային) և ձայնային ահազանգեր բոլոր չափվող պարամետրերի համար (սահմանային արժեքների կարգավորման հնարավորությամբ): Սնուցումը՝ 220V, 50Hz փոփոխական հոսանքից և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցից (Li-ion): Ինքնավար (ավտոնոմ) աշխատանքի ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ: Լրակազմը պետք է պարունակի՝ Առնվազն 1 հատ ECG մալուխ և բազմակի օգտագործման էլեկտրոդների հավաքածու, առնվազն 1 հատ SpO2 բազմակի օգտագործման տվիչ (մեծահասակի), առնվազն 1 հատ NIBP թևքածալ (մեծահասակի) և միացնող խողովակ, առնվազն 1 հատ ջերմաստիճանի տվիչ (մակերեսային): Սարքավորումը ունի CE սերտիֆիկատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս:"