

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Վակումային փորձանոթ NaCl պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակումային փորձանոթ 3,2%Նատրիումի եռցիտրատով (Sodium Citrate): Փորձանոթի ծավալը՝ 3,5 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ: Խառնման հարաբերակցությունը 1 մաս ցիտրատ է 9 մաս արյան: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է:

					Ֆորմատը՝ 100փորձանոթ/ տուփում:Պահպանման պայմանները՝4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան որակի հավաստագիր: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Վակուժային փորձանոթ NaCl պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակուժային փորձանոթ 3,2% Նատրիումի եռցիտրատով (Sodium Citrate): Փորձանոթի ծավալը՝ 3,5 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ: Խառնման հարաբերակցությունը 1 մաս ցիտրատ է 9 մաս արյան: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է:

					Ֆորմատը՝ 100փորձանոթ/ տուփում:Պահպանման պայմանները՝4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան որակի հավաստագիր: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:
--	--	--	--	--	--