ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	էլեկտրասրտագրման սարք	էլեկտրասրտագրման սարք	էլեկտրասրտագրման սարք	էլեկտրասրտագրման սարք	DICOM տվյալների փոխանցման շարժական ԷՍԳ Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Բարձր լուծաչափով թվային դիսփլեյի առկայություն. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 5,5" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Զգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR

						PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Աղմուկի հարմարվողական թվային զտում ոչ պակաս քան 1-350 Հց հաճախականությամբ միջակայքում Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մ Համատեղելի ինչպես գլանափաթեթի, այնպես էլ Z-ձևի թղթի հետ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 4 ժամ շարունակական աշխատանք կամ 350 ԷՍԳ ձայնագրում Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա ԷՍԳ

						ինտերպրիտացիայի առկայություն Ոչ պակաս քան 1000 ԷՍԳ հիշելու ունակություն Ներկառուցված դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանության համակարգի առկայություն Փոխանցվող տվյալների ձեւաչափը ոչ պակաս քան HL7, XML եւ DICOM Շտրիխ կոդերի սկաների միացման հնարավորություն Wi-Fi մոդուլի առկայություն Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

					(առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	էլեկտրասրտագրման սարք	էլեկտրասրտագրման սարք	էլեկտրասրտագրման սարք	էլեկտրասրտագրման սարք	Портативный ЭКГ-аппарат с передачей данных DICOM Выходы для записи ЭКГ: 12 стандартных выходов Каналы записи: 1/3 выбираемые пользователем Доступен цифровой дисплей высокого разрешения. Диагональ не менее 5,5 дюймов Переключение выходов: ручное и автоматическое Чувствительность, мм/мс: не менее 5, 10, 20, автоматическая Сигнал настройки: автоматический и ручной Измерения ЭКГ: все выходы, среднее значение, скорректированное среднее

						значение ЧСС, интервалы RR, PR, длительность QRS, интервалы QT и QTc, индекс Соколова-Лиона, оси P, R, T Диапазон частот, Гц (диагностика). Защита от дефибрилляции в соответствии со стандартами AAMI/IEC 60601-2-25: 2011 Адаптивная цифровая фильтрация шума в диапазоне частот не менее 1-350 Гц Рекордер: независимое управление INOP для каждого электрода и обнаружения кардиостимулятора Способ записи: термобумага Разрешение не менее: 8 точек/мм Бумага для записи: не менее 80 мм x 20 м Совместимость с рулонной и Z-образной бумагой Скорость записи: мм/сек: 5/10/ Выбираемое пользователем значение 25/50 Встроенный перезаряжаемый аккумулятор Время работы от батареи: не менее 4 часов непрерывной работы или 350 записей ЭКГ Тип подключения: стандартный или кабрера Наличие функции интерпретации ЭКГ Вместимость памяти не менее 1000 ЭКГ Наличие встроенной системы защиты от дефибрилляции Формат

					передаваемых данных не менее HL7, XML и DICOM Возможность подключения сканера штрих-кодов Наличие модуля Wi-Fi Питание: 220 В / 50 Гц. Наличие меню на русском и английском языках Аксессуары 1. Кабель для пациента 2. Нагрудный ремень с 6 электродами для конечностей 3. 4 электрода для конечностей 4. 1 флакон геля для ЭКГ 5. 2 рулона бумаги Полный комплект и аксессуары Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке Оборудование должно быть новым. неиспользованный Полный комплект включает все необходимые аксессуары и принадлежности для полноценной работы Гарантия не менее 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ISO13485 или эквивалент Знак CE (Директива 93/42/EEC) или FDA или эквивалент