

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	Լազերային օպտիկամանրաթելային լուսատար, նախատեսված լազերային անոթային վիրահատական միջամտությունների համար Լուսատարի տրամագիծը 400-600մկմ Ալիքային երկարությունը 980-1940նմ համատեղելի Դիստալ ճառագայթման տիպը ռադիալ տեսակի, միակցիչը մետաղական, կարմիր գունավոր տեսակավորմամբ Պետք է լինի համատեղելի Լեհական Lasotronix ընկերության Smart3m մոդելի

				<p>լազերային վիրահատական սարքավորման հետ, այդ ընկերության կողմից տրված համապատասխանության հավաստագրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, միանգամյա օգտագործման, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Ունենա որակավորման և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO 13485, MDR, MDSAP</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	Լազերային օպտիկամանրաթելային լուսատար, նախատեսված լազերային անոթային վիրահատական միջամտությունների համար Լուսատարի տրամագիծը 400-600մկմ Ալիքային երկարությունը 980-1940նմ համատեղելի Դիստալ ճառագայթման տիպը ռադիալ տեսակի, միակցիչը մետաղական, կարմիր գունավոր տեսակավորմամբ Պետք է լինի համատեղելի Լեհական Lasotronix ընկերության Smart3m մոդելի

					<p>լազերային վիրահատական սարքավորման հետ, այդ ընկերության կողմից տրված համապատասխանության հավաստագրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, միանգամյա օգտագործման, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Ունենա որակավորման և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO 13485, MDR, MDSAP</p>
--	--	--	--	--	--