ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Midas Rex MR8 High-Speed Drill System	Medtronic	Առաջարկվող սարքավորումը պետք է լինի բարձր արագությամբ վիրաբուժական դռիլի ինտեգրված համակարգ Կրանիոտոմ, նախատեսված նեյրովիրաբուժական միջամտությունների համար: Համակարգը ապահովում է բարձր ճշգրտություն, անվտանգություն և բազմաֆունկցիոնալ օգտագործում: Բոլոր բաղադրիչները միևնույն արտադրողի կամ լիարժեք համադրելի են: Առաջարկվող համակարգը ապահովում է՝ բարձր ճշգրտություն, անվտանգություն, բազմաֆունկցիոնալ կիրառություն: Առաջարկվող համակարգը կազմված է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից՝ Կառավարման բլոկ - Ինտեգրված վիրաբուժական էներգիայի կառավարման կոնսոլ, ինչը ապահովում է համակարգի բոլոր բաղադրիչների կենտրոնացված կառավարում, ինչպես նաև միաժամանակ մի քանի գործիքների միացման հնարավորություն:: Կառավարման բլոկի քանակը պետք է լինի մեկ հատ: Դռիլի շարժիչ Համակարգում ներառված է բարձր արագությամբ էլեկտրական կամ պնևմատիկ դռիլի շարժիչով, որը ապահովում է ցածր վիբրացիա և նվազեցված տատանումներ: Այն

			նախատեսված է նեյրոնավիգացիոն համակարգերի հետ համատեղ աշխատանքի համար և համադրելի է կառավարման կոնսոլի հետ: Շարժիչի քանակը մեկ հատ: Կառավարման ոտնակ – Համակարգը ունի բազմաֆունկցիոնալ կառավարման ոտնակ, որը ապահովու է առնվազն երեք ծրագրավորվող հնարավորություն: Այն հնարավորություն է տալիս կառավարել արագությունը և ֆունկցիաները առանց ձեռքերի օգտագործման: Ոտնակի քանակը մեկ հատ: Իրիգացիոն խողովակների հավաքածու Համակարգում ներառված է իրիգացիոն խողովակների հավաքածու, որը նախատեսված է միանգամյա օգտագործման համար: Այն համադրելի է դռիլի համակարգի հետ և ապահովում է հեղուկի փոխանցում դեպի գործիք: Խողովակների հավաքածուն կառավարվում է կոնսոլով և ապահովում է ներծծման ու լվացման գործընթաց ստերիլ դաշտում հոսքի կառավարման հնարավորությամբ: Հավաքածուի քանակը մեկ հատ: Համակարգը ներառում է նաև՝ Կցորդներ (Attachments), բուրեր՝ աշխատանքային ծայրեր, համապատասխանեցված գանգոսկրի պերֆորատորի գլխիկ: Համակարգը ներառում է կրանիոտոմիայի footed կցորդ, որը նախատեսված է գանգոսկրի կտրելու համար և ապահովում է փափուկ հյուսվածքների պաշտպանություն: Այն համադրելի է բարձր արագությամբ դռիլի շարժիչի հետ և աշխատում է 2.4 մմ տրամագծով բուրերի հետ: Քանակը՝ մեկ հատ: Համակարգում ներառված է ուղիղ մեծ տրամագծով կցորդ, որի երկարությունը՝ 14 սմ, տրամագիծը՝ 3.2մմ:: Քանակը՝ առնվազն մեկ հատ: Համակարգը ներառում է պերֆորատորի համար նախատեսված հատուկ կցորդ, որը համադրելի է դռիլի շարժիչի հետ: Այն ապահովում է 1000 RPM պտ/րոպե միջակայքում պտտման արագություն, ինչը համարվում է անվտանգ արագություն պերֆորացիայի համար: Կցորդը նախատեսված է ոսկրում անցք բացելու նպատակով: Քանակը՝ մեկ հատ: • Կոնաձև բուրեր: Նախատեսված նուրբ և խորանիստ միջամտությունների համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 7 սմ, տրամագիծը՝ 2.3 մմ: Քանակը՝ 2 հատ: • Գնդաձև բուրեր: Նախատեսված

			ընդհանուր ոսկրային աշխատանքների համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 14սմ, տրամագիծը՝ 3 մմ: Քանակը՝ 2 հատ: • Գնդաձև ադամանդապատ բուրեր: Նախատեսված ոսկրի հարթեցման և նուրբ մշակման աշխատանքների համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 14սմ, տրամագիծը՝ 3 մմ: Քանակը՝ 2 հատ: Պերֆորատորի գլխիկ համակարգում ներառված է գանգոսկրի պերֆորատորի գլխիկ, որը ունի ավտոմատ անջատման մեխանիզմ՝ պացիենտի անվտանգության ապահովման համար: Այն նախատեսված է գանգոսկրի մեջ առաջնային անցք բացելու համար և համադրելի է պերֆորատորի կցորդի հետ: Քանակը՝ երկու հատ: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել՝ ուսուցում վիրաբույժների, վիրահատարանի բուժանձնակազմի համար, ինչպես նաև տեխնիկական ուսուցում հիվանդանոցի բիոմեդ ինժեներների համար: Տրամադրվող սարքավորումը ունի 24 ամսվա երաշխիք: Երաշխիքը ներառում է, ինչպես պահեստամասերը, այնպես էլ վերանորոգման աշխատանքները: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի միջամտության ժամանակ կանոնների խախտման պատճառով: Սարքավորումը նոր է և չօգտագործված: Բոլոր բաղադրիչները համադրելի են և միասնական համակարգ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ 1.Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է արտադրողի կամ նրա պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային հավաստագիր 2.Ապրանքին տրված ISO կամ CE կամ FDA որակի վկայականներ, ծագման սերտիֆիկատներ և համապատասխանության հավաստագիր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-