

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր: Գունավոր LCD Էկրանի առկայություն ոչ պակաս քան 12": Պտտվող Էկրան մինչև 75°: Հիվանդի տվյալների ցուցադրման հնարավորություն: Ձայնային և գունային ահագանգ պտղի բարձր և ցածր սրտի հաճախականության համար: Իրական ժամանակում 24-ժամյա մոնիթորինգի հնարավորություն Նկարների սառեցման հնարավորություն Ուլտրաձայնային տվիչի նոմինալ հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց Աշխատանքային հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց ± 10

					% Ճշգրտություն՝ ± 2 BPM FHR: Ուլտրաձայնային հաճախականություն՝ 2 ՄՀց:Միջակայք՝ 50 ~ 210 bpm: Ճշգրտություն՝ ± 2 bpm: Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպագրության լայնություն՝ 112 ± 5 մմ Սարքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված: Երաշխիք 1 տարի Որակի սերտիֆիկատներ ISO 13485, EC
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом USP4-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Ֆետալ մոնիտոր	Фетальный монитор. Наличие цветного ЖК-экрана размером не менее 12 дюймов. Поворот экрана до 75°. Возможность отображения данных пациента. Звуковая и цветная сигнализация при высокой и низкой частоте сердечных сокращений плода. 24-часовой мониторинг в режиме реального времени. Возможность заморозки изображения. Номинальная частота ультразвукового датчика: 1,0 МГц. Рабочая частота: 1,0 МГц ± 10 %. Точность: ±2 уд/мин. ЧСС плода: частота ультразвука: 2 МГц.

					Диапазон: 50 ~ 210 уд/мин. Точность: ± 2 уд/мин. Наличие встроенного термопринтера. Ширина печати: 112 ± 5 мм. Устройство должно быть новым, неиспользованным. Гарантия 1 год. Сертификаты качества ISO 13485, ЕС.
--	--	--	--	--	---