

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Torun	Torun	GBS4S	Torun	Իներտ Միջավայի Պահարան 4 ձեռնոցով, ազոտի և ջրածնի գեներատորներով, խառնման կայանքով: Սարքի աշխատանքը ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 կարգի առնվազն 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, դիմապակու հաստությունը առնվազն 12մմ է, որը երկկողմ լամինացված է: Սարքը հագեցած է թթվածնի, օրգանական լուծիչների և խոնավության սենսորներով և դրանց պարունակությունը 1 PPM

կամ $\geq 99,9995\%$ ապահովվող մաքրման կայանքով՝ առնվազն 1 հատ առնվազն 6,5 կգ պղնձե, առնվազն 1 հատ առնվազն 6 կգ մոլիբդենի ցանցային ֆիլտրեր, առնվազն 17լ ծավալով օրգանական միացությունների զտման ֆիլտր: Առնվազն 7 դոզ սենսորային կառավարման վահանակ, վակուումային պոմպ Edwards RV-12 կամ Vacuubrand կամ Leybold, առնվազն 2*10-3 վակուումի և 4լ/վ հզուրությամբ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ (առնվազն $\phi 360 \times 600 \pm 2$ մմ և $\phi 150 \times 360 \pm 2$ մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրեր ներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ առնվազն 48 վտ ԼԵԴ լույս: Պահարանը ունի 4 հատ բութիլ ձեռնոց 0,3-0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ $200 \times 800 \pm 2$ մմ: Ձեռնոցների դասավորությունը՝ կողք կողի պահարանի դիմապակու վրա: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, առնվազն 8 հոսանքի վարդակ, առնվազն չորս ստանդարտ KF-40 պորտեր,

կրկնակի HEPA ֆիլտր, առնվազն 100մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, 4 դարակաշար, խցիկի ներքին չափսեր`
2000±100*800±50*1000±100մմ, սարքի արտաքին չափսեր`
2600±100x800±50*1800±100մմ:
Ազոտի գեներատոր: Գեներացված գազի մաքրություն առնվազն ≥99,999%: Սարքը նախատեսված է ձեռնոցատուփերին գերմաքուր գազային ազոտի մատակարարման և պահպանման համար:
Տեխնիկական պարամետրերն են` արտադրողականություն` 35 L / Բոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում` ≥ 8 մթն, գազի պահպանման բալոնի ծավալ` ≥ 200 L: Սարքի սնուցման պարամետրեր` 220 վ / 50Հց, 1 կվտ: Սարքի արտաքին չափսեր` 700*600*1300 մմ ± 10%:
Սարքը կառավարվում է ծրագրավորվող թվային համակարգով, հագեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային գազերի, բալոնի ճնշման ցուցիչներով: Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը 50 դբ:

Ազոտի գեներատորը համալրված է՝
1) օդի կոմպրեսորով՝ առնվազն 200
L ծավալով բաքով, 4 հատ 1500 Վտ
անյուղ մեմբրանային պոմպերով
(ընդհանուր 6 կվտ): 2) Օդը
չորացնող ավտոնոմ սարքից՝
Նախատեսված է 2,5-3 մ3/ր օդի
հզորությամբ կոմպրեսորի
արտադրած 8-12 մթնոլորտ ճնշման
տակ գտնվող գերտաք օդը
սառեցնելու, կոնդենսատը
կուտակելու և ավտոմատ կերպով
այն հեռացնելու համար: Այն
բաղկացած է առնվազն 600վտ
կոմպրեսորից, հովացնող
օդափոխիչից, հովացման
ջերմափոխանակիչից: Ունի
եռաստիճան ֆիլտրման համակարգ՝
ջուրը, օրգանական
միացությունները, փոշին,
բակտերիաները և հոտերը
առնվազն 99,9% հեռացնելու
համար, մաքրված օդում
մնացորդների պարունակությունը
չպետք է գերազանցի 0,001 մգ/մ3,
0,001 ppm: Ջրածնի գեներատոր:
Նախատեսված է գերմաքուր չոր
գազային ջրածնի ստացման:
Տեխնիկական պարամետրերն են.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕЦД/ИЭР-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Գեներացված գազի մաքրություն $\geq 99,99\%$: Գեներացված գազի արտադրողականություն. ≥ 1000 մլ / րոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում. ≥ 6 մթն.: Սարքի սնուցման պարամետրեր. 220 վոլտ/50Հg, 350 վտ: Սարքի արտաքին չափսեր 60*30*45 սմ: Սարքը կառավարվում է ճնշադավորվող բվային համակարգով, հագեցած է մի շարք

անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային տեխնիկական հատկությունները:

Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը 50 դբ: Գազերի խառնման կայանք: Թողունակությունը առնվազն 25 լ/ր, մուտքային ճնշում՝ 60 մթն, ելքային ճնշում՝ 25 մթն, խողովակաշար՝ 8 մմ, ճշգրտությունը առնվազն՝ 2,5%: Համակարգը պետք է ներառի հավելյալ պահեստամասեր՝ առնվազն 2 զույգ բուրբիլային ձեռնոց, առնվազն 2 զույգ ձեռնոցի օղակներ, վակուումային յուղ առնվազն 8 լ, օդի ֆիլտր և կաթիլորսիչ՝ կարգավորվող փականով՝ առնվազն 1 հատ, 8 և 10 մմ պոլիուրետանյախ խողովակներ՝ առնվազն 50-ական մետր,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

				<p>միացումների համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ կցամաս, փական, ճնշաչափ և այլն պետք է տրամադրվի մատակարարի կողմից: Փաթեթը ներառում է՝ տեղափոխում և տեղադրում ՕԴՔ ԳՏԿ 2 հարկի լաբորատորիայում, սարքի մեկնարկ, ուսուցում: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---