

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	"Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված մարտկոցով աշխատող միսոցային, ուղղահայաց կտրող սղոց՝ իր ստերնում պաշտպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը պետք է համատեղելի լինի օդով աշխատող միսոցային սղոցի հետ: Օգտագործելու հնարավորությունը՝ ստանդարտ և երկարացված տարբերակներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված

					հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ: Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF տեսակ, պաշտպանություն՝ IP69: Հատուկ մարման համակարգ՝ վիբրացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը պետք է լինի լիովին լվացվող: Կտրող ակսեսուարների համակցման տեսակները պետք է լինեն միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Սղոցի ձգանի աշխատանքը պետք է լինի առաջադեմ, անխափան կառավարման համակարգով, անվտանգ ռեժիմի ընտրության հնարավորությունով: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա բարձր ջերմաստիճանի վերահսկման ֆունկցիա: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-14000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժումը ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի
--	--	--	--	--	---

					մակարդակը ոչ ավել քան 90 dB(A): Մարտկոցի լիցքավորվածությունն ցուցիչ լեդ լուսերով: Մարտկոցի տեսակը լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան 2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված օդով աշխատող, միտոցային, ուղահայաց կտրող սղոց իր` ստերնում պաշտպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը պետք է համատեղելի լինի մարտկոցով աշխատող միտոցային սղոցի հետ:</p> <p>Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար տիրույթում: Օդային խողովակի երկարությունը ոչ պակաս քան 4մ, լվացվող, միացման տեսակը MA7:</p> <p>Հատուկ մարման համակարգ` վիրբացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի Ձեռքի բռնակի հատվածը պետք է լինի լիովին լվացվող: Սղոցը պետք է ունենա լվացման համար նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ, գործիքը մշակելու յուղ: Կտրող ակսեսուարների համակցման
--	--	--	--	--	--

					տեսակները պետք է լինեն միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա safe locking mode: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժում ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 90 dB(A): Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սղոցների համար պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ: Սարքերի թողարկումը պետք է իրականացվի Մատակարարի մասնագետի կողմից: Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության, CE և/կամ FDA,
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ պետք է տրամադրվի նաև 2 պահեստային մարտկոց(երթե գործարանային կոմպլեկտավորման մեջ պահեստային մարտկոց առկա չէ), 20 հատ սղոցի պահեստային սայր: Կարևոր պետք է մատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:"
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное	товарный знак	марка	наименование	технические характеристики
	наименование			производителя	
1					