

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Medtronic	Primo DR MRI	Primo DR MRI	Medtronic	<p>Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ:</p> <p>Կոնսեկտորների տիպը` IS-1, DF4/DF1: Օժտված է փորոքների խթանման քանակը նվազեցնող ռեժիմով, ATP ռեժիմով, T ատամիկի դիֆերենցման ֆունկցիայով և ներսրտային կոմպլեքսների մորֆոլոգիայի դիֆերենցման ֆունկցիայով: Կարող է հայտնաբերել VT,/VF Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիայի վերին</p>

				<p>շեմը՝ ոչ պակաս քան 35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր: Կիրառելի է Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երա շխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72P-26/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	-	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор, МРТ совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора: IS-1, DF4/DF1. Имеет режим уменьшения количества стимуляции желудочка, АТР режим, С дифференцирующей функцией зубца Т и дифференцирующей функцией морфологии внутрисердечных комплексов. Может обнаружить VT/VF. Тип батареи: литий-сереброванадий оксид. Верхний предел подводимой энергии не менее 35Дж. Режимы стимуляции: DDD(R);

				<p>DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один МРТ-совместимый электрод с активной фиксацией, один МРТ-совместимый шоковый электрод и два интрадюзера. Должен быть применим с програматором Medtronic. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, представленные производителем.</p>
--	--	--	--	--