

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Biobase	Biobase	Biobase	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ : II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և ULPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք չեն պարունակում ռադիոակտիվ նյութեր և թունավոր աղտոտող նյութեր: ULPA ֆիլտրերի առկայություն ULPA ֆիլտրերի արդյունավետություն. Արդյունավետությունը ոչ պակաս քան 99,995% ոչ ավելի քան 0,15 միկրոնի դեպքում, Աղմուկը՝ ոչ ավել 65 ԴԲ Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն Ներհոսքի արագություն՝ 0.53±0.025m/s

				Վարընթաց հոսքի արագությունը՝ $0.33 \pm 0.025 \text{ m/s}$ Լյումինեսցենտ լամպ՝ առկայություն Ուլտրամանուշակագույն լամպ. Առկայություն, 15W*1 Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 1000 լյուքս Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 640մմ Աշխատանքային բացումը՝ ոչ ավել քան 200 մմ Ներքին չափսերը (ԵxԽxԲ). Երկարությունը՝ 600 մմ Խորությունը՝ 500 մմ միջակայքում Ընդհանուր բարձրությունը՝ 540 մմ միջակայքում Ընդհանուր չափսերը (ԵxԽxԲ). Երկարությունը՝ 700 մմ միջակայքում Խորությունը՝ 650 մմ միջակայքում Ընդհանուր բարձրությունը՝ 1920 մմ միջակայքում Չժանգոտվող պողպատից (304 մարկա) աշխատանքային մակերես, Կանգնակ՝ բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը՝ հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների ոչ պակաս քան 98% կլանմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕУХ-УТДР-2026/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Biobase	Biobase	Biobase	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ : II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և ULPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք չեն պարունակում ռադիոակտիվ նյութեր և թունավոր աղտոտող նյութեր: ULPA ֆիլտրերի առկայություն ULPA ֆիլտրերի արդյունավետություն. Արդյունավետությունը ոչ պակաս քան 99,995% ոչ ավելի քան 0,15 միկրոնի դեպքում, Աղմուկը՝ ոչ ավել 65 ԴԲ Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն Ներհոսքի արագություն՝ 0.53±0.025m/s

				Վարընթաց հոսքի արագությունը՝ $0.33 \pm 0.025 \text{ m/s}$ Լյումինեսցենտ լամպ՝ առկայություն Ուլտրամանուշակագույն լամպ. Առկայություն, 15W*1 Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 1000 լյուքս Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 640մմ Աշխատանքային բացումը՝ ոչ ավել քան 200 մմ Ներքին չափսերը (ԵxԽxԲ). Երկարությունը՝ 600 մմ Խորությունը՝ 500 մմ միջակայքում Ընդհանուր բարձրությունը՝ 540 մմ միջակայքում Ընդհանուր չափսերը (ԵxԽxԲ). Երկարությունը՝ 700 մմ միջակայքում Խորությունը՝ 650 մմ միջակայքում Ընդհանուր բարձրությունը՝ 1920 մմ միջակայքում Չժանգոտվող պողպատից (304 մարկա) աշխատանքային մակերես, Կանգնակ՝ բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը՝ հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների ոչ պակաս քան 98% կլանմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք:
--	--	--	--	--