

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	"WEGO Blood Purification Business Group / Vital Healthcare/ Bain Medical Equipment (Gaungzhou) Co//Farmasol Tibbi Ürünler San.Tic.A.Ş./Lepu Medical Technology""	Արյան հոսքագիծ	Արյան հոսքագիծ	Արյունատար մագիստրալներ ( զարկերակ-անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8 մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծը 22 մմ, լցման ծավալը 161մլ±20%, մանրեագերծման մեթոդը՝ ճառագայթամաք մանրեագերծում, պետք է չպարունակի լատեքս: ISO և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-EUQU72P-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8				