ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՅԹԲԵՐՐԻ»ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	CHOICEMMED,CONTEC	CHOICEMMED,CONTEC	CHOICEMMED LTD,CONTEC LTD	Մանկական (педиатрический) մատի պուլսօքսիմետր է, որը նախատեսված է հատկապես 3-ից 10 տարեկաներեխաների արյան թթվածնով հագեցվածությունը(SpO2) և սրտի կծկումների հաճախականությունը(PR) չափելու համար: 1. Չափման պարամետրեր և ճշգրտություն 2. • Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափմանտիրույթ. 70% – 100% (0% – 69%-ը չի սահմանվում): 3. • SpO2 չափման ճշգրտություն. ±2% (70% - 100% միջակայքում): 4. • SpO2 թույլատրելիությունը (Resolution). 1%: 5. • Պուլսի (PR) չափման տիրույթ. 30 – 250 զարկ/րոպե: 6. • Պուլսի չափման ճշգրտություն. - ±2 զարկ/րոպե(30 – 99 զարկ/րոպե միջակայքում) - ±2% (100 – 250 զարկ/րոպե միջակայքում): 7. • Պուլսի թույլատրելիությունը. 1 զարկ/րոպե: 2. Էկրան և արտացոլում 8. • Էկրանի

				տեսակ. Երկգույն OLED լուսադիոդային էկրան: 9. • Արտացոլվող տվյալներ. SpO2 %, պուլսիհաճախականություն (PR), պուլսի բար-գրաֆիկ(Pulse Bar), պլետիզմոգրամմա (ալիքաձևգրաֆիկ): 10. • Ցուցադրման ռեժիմներ. 6 տարբեր դիրքայինռեժիմներ (էկրանը պտտվում է 4 ուղղություններով): 11. • Պայծառություն. 10 մակարդակիկարգավորվող պայծառություն: 3. Էներգասնուցում և ավտոմատացում 12. • Մարտկոցի տեսակ. 2 հատ AAA տեսակի 1.5V ալկալիական (alkaline) մարտկոց: 13. • Աշխատանքի տևողություն. Մոտ 30 ժամանընդմեջ աշխատանք: 14. • Էներգախնայողություն. Սարքն ավտոմատանջատվում է մատը դուրս հանելուց 8 վայրկյանանց: 15. • Հոսանքի սպառում. « 40mA: 16. • ինդիկատորներ. Մարտկոցի լիցքի ցածրմակարդակի նախազգուշացում: 17. • չափսեր (Ե x L x Բ). 50 մմ x 28 մմ x 28 մմ: 18. • Քաշ. մոտ 25 գրամ (առանց մարտկոցների) և մոտ 45-50 գրամ (մարտկոցներով): Շրջակամիջավայրի պայմաններ 19. • Աշխատանքային ջերմաստիճան. 5°C-ից մինչև 40°C: 20. • Պահպանման ջերմաստիճան. -25°C-ից մինչև+70°C: 21. • Օդի խոնավություն (աշխատանքային). 15% – 93% (առանց կոնդենսացիայի): 6. Հավաքածուիմեջ ներառված է (Կոմպլեկտացիա) 22. • Պուլսօքսիմետր ChoiceMMed MD300C5 23. • Պաշտպանիչ սիլիկոնե պատյան 24. • Կախիչ/պարան (Lanyard) 25. • 2 հատ AAA մարտկոց 26. • Օգտագործման ձեռնարկ"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАЙТБЕРРИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
30				