ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/56 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆուրիեի փոխակերպման ինֆրակարմիր (FT-IR) սպեկտրոմետր	Model Alpha II	Model Alpha II	Manufacturer Bruker GmbH	Ինֆրակարմիր սպեկտրաչափը համատեղում է երկու ռեժիմ՝ Տրանսմիսիա և ATR (Attenuated Total Reflectance), ֆիքսված, առնվազն 360 աստիճան, մեխանիկական ծալվածքով: Բյուրեղը պաշտպանված է ճնշման մեխանիզմով: Ինտերֆերոմետրը չի պահանջում որևէ արտաքին կարգաբերում: Սպեկտրաչափի իրանը - Հերմետիկ: Սպեկտրաչափի ինտերֆեյս USB 2.0: Նմուշառման ինտերֆեյս -Մոդուլար կառուցվածք՝ նմուշառման պարագաների արագ և դյուրին փոխարինման համար:

						KBr–ի և ներթափանցման մոդուլի առկայությամբ: Ջերմաստիճանով կառավարվող DTGS դետեկտոր՝ բարձր կայունությամբ արտաքին ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ: ATR ադամանդ պրիզմայով նմուշառման պարագա՝ ATR Dimond առնվազն 360 աստիճան մեկ անդրադարձով: Նմուշների բարձրությունը: մինչև 20մմ նմուշների տեղադրման հնարավորություն: Կիրառելի pH 4–8 միջակայքում: Սպեկտրալ տիրույթը ոչ պակաս 8000-ից -350 սմ$^{-1}$: Սպեկտրալ լուծաչափ- 0.75 սմ$^{-1}$: Աղմուկ/ազդակ հարաբերությունը չ 55000 Ալիքի համարի ճշգրտություն ≤ 1,0 սմ: Ծրագրային ապահովում- Ծրագրային ապահովումը կլինի մեթոդով ղեկավարվող՝ նմուշառման պարագաների և նմուշի գունավոր պատկերների ցուցադրմամբ: Քանակական արդյունքները հնարավորություն ունեն շեմերի գունավոր ցուցադրմանը՝ նմուշի արդյունքները սահմանների տիրույթում կամ տիրույթից դուրս դյուրին տեսանելիության ապահովման համար:

						Ավտոմատացված, USP 854, IQ/OQ, 21 CFR Part 11-ին համապատասխանում (օպցիոնալ), մասնագիտացված անալիզների համար նախատեսված ծրագրային ապահովում: Համապատասխան գրադարանների տրամադրում ՝ պոլիմերային նյութերի համար նախատեսված ոչ պակաս 234 նմուշի համար, օրգանական նյութերիի համար նախատեսված գրադարան 4500 նմուշից: Բույսերի և պտուղների պաշտպանական նյութերի գրադարան կազմված 180 սպեկտր Գրադարանները պարունակում են առնվազն հետևյալ ինֆորմացիան ՝ ամբողջական սպեկտր, քիմական կառույց , քիմիական ֆորմուլա, մոլեկուլային զանգված, cas number.ինչպես նաև կոմերցիալ անվանում: Սպեկտրալ գրադարանների օգտագործման հնարավորություն և կատարված չափումների տվյալներով գրադարաններ ստեղծելու հնարավորություն: Ծրագրային ապահովումը ներառում է միացվող մոդուլների ճանաչում՝ մեթոդում նշված և օգտագործվող մոդուլի հետ

					համապատասխանելիության հաստատման համար՝ մեթոդով չափումը շարունակելու համար: Ծրագրային ապահովումը ունի ավտոմատացված կերպով զեկույցի արտահանում՝ արդյունաբերական ստանդարտով, PDF ձևաչափի: Պեստիցիդների և պլաստիֆիկատորների՝ տարբեր խառնուրդներում որոշման մեթոդական ուսուցում: Համակարգիչ սարքավորման արտադրողի հրահանգներին համապատասխան, նվազագույն պարամետրերը՝ Ներառված համակարգիչ Core I5 կամ համարժեք, օպերատիվ հիշողություն առնվազն 16ԳԲ, Համակարգչի հիշողությունը առնվազն 1 տեռաբայթ SSD, Համակարգչի մոնիտոր՝ 24" FHD Հզորություն 110-240 Վ, 60/50 Հց: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					