

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-18-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
130	Biolight (BLT)	BioFusion S500	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd	Մոնիտորը 3.5” գունավոր TFT LCD տեսակի և հպումային: Մոնիտորի լուծելիությունը առնվազն 800x480 փիքսել: Մոնիտորի պայծառության կարգավորման 1-10 աստիճան և կարգավորվող: Մոնիտորի վրա արտահայտվում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ բուժառուի տվյալներ, ահազանգի տվյալներ, ինֆուզիայի ստատուս և համակարգի աշխատանքային վիճակի ստատուս: Մուտքի պաշտպանության IP33 մակարդակ: Ճշգրտության մակարդակը $\pm 0.5\%$: Բոլյուսային հոսքի արագության շեղումն $\pm 0.5\%$: KVO-ի շեղումը $\pm 0.5\%$: Կաթիլային արագության սխալ $\leq \pm 10\%$: Հոսքի արագության կարգավորման միջակայք՝ 0.10 մլ/ժ ~ 2350 մլ/ժ: Հոսքի արագության քայլի կարգավորում՝ (0.10 ~ 99.99) մլ/ժ, քայլը՝ 0.01 մլ/ժ, (100.0 ~ 999.9) մլ/ժ, քայլը՝ 0.1 մլ/ժ,

				(1000 ~ 2350) մլ/ժ, քայլը՝ 1 մլ/ժ: Բոլորսային հոսքի միջակայքեր՝ 0.10 մլ/ժ ~ 2350 մլ/ժ, (0.10 ~ 99.99) մլ/ժ քայլը՝ 0.01 մլ/ժ, (100.0 ~ 999.9) մլ/ժ քայլը՝ 0.1 մլ/ժ, (1000 ~ 2350) մլ/ժ քայլը՝ 1 մլ/ժ: Օկյուզիայի հայտնաբերում 15 ընտրովի մակարդակում (համապատասխանաբար՝ 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050, 1125 մմ ս.ս.): Օկյուզիայի տազնապի սխալ առաջին մակարդակ՝ 50 մմ ս.ս.: Այլ մակարդակներում՝ $\leq \pm 145$ մմ ս.ս.: Առավելագույն ինֆուզիոն ճնշումը 1350 մմսս: Օդի հայտնաբերում՝ 7 ընտրովի մակարդակ (համապատասխանաբար՝ 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800 մկ): KVO-ի մակարդակը 0.10~30.00 մլ/ժ, աճ՝ 0.01 մլ/ժ: Ժամանակի կարգավորման միջակայքը առնվազն 00:00:01~99:59:59 1 վայրկյան քայլով: VTBI սահմանված միջակայքը 0.10~9999.99 մլ, քայլը՝ 0.01 մլ: Կուտակվող ծավալ 0.00~99999.99 մլ, քայլը՝ 0.01 մլ: Կաթիլային արագության սահմանված միջակայքը՝ 1~400dot/min: Քաշի սահմանաչափը 0.1 to 499.0kg: Դոզավորման կարգավորման միջակայքը 0.001~99999: Չափման միավորներն ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq: Դոզավորման արագության միջակայքը 0.001~99999: Դոզավորման արագության չափման միավորներն X/min, X/h, X/24h, X/kg/h, X/kg/24h, X/lb/min, X/lb/h, X/lb/24h, որտեղ X-ը կարող է կրել հետևյալ արժեքները՝ ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq: Ծավալի կարգավորման միջակայքը 0.10~9999.99ml: Դեղերի գրադարան 5000 դեղերի մասին տվյալներով, 30 կատեգորիայով և 20
--	--	--	--	--

				տեսակի գունային կարգավորման հնարավորություն: 5000 բուժառուի տվյալների պահպանման հնարավորություն: Էկրանը կողպելու հնարավորություն: Ունի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ: Ունի 3 աստիճանի ազդանշաններ՝ բարձր, միջին, ցածր: Պետք է ունենա wired և wireless հաղորդակցության հնարավորություն, USB, RS232, nurse call connector, DC adapter: Լիթիում իոնային կամ նիկել ջրածնային մարտկոցով 3050mAh: Աշխատաժամանակը 8 ժամ 25ml/h-ում և 3 ժամ 2350ml/h-ում: Սնուցումը 100-240V, 50/60Hz, 0.43-0.22A: Դասակարգվում է որպես Class I, Type CF սարքավորում: Ունի CE Mark, ISO 13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ունենա անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-18-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
130				