

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Չիմմերեդ (ZMD), Դաբլ Մեդիքալ (Double Medical)	Չիմմերեդ (ZMD), Դաբլ Մեդիքալ (Double Medical)	Մեծ մետաղական կոնստրուկցիա S.S.	Չիմմերեդ (ZMD), Դաբլ Մեդիքալ (Double Medical)	"Մեծ մետաղական կոնստրուկցիաներ - (չժանգոտվող պողպատ) - • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և Նորմալ` ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման Նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի),

համատեղելի է 5,0մմ դիստալ
հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ
հատվածում սովորական՝ ոչ
արգելափակող գլխիկով և
արգելափակող գլխիկով
պտուտակների համար, քիչ
ինվազիվ ստաբիլիզացիոն
համակարգի հետ համատեղելի
(LISS) և ոչ: Քիչ ինվազիվ
ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ
համատեղելի (LISS)

Կոնստրուկցիաները ասհրաժեշտ է
մատակարարել տեղադրման համար
անհրաժեշտ համապատասխան
ամբողջական գործիքների
հավաքածուի հետ: • Ազդրի
հարթակ, հարթակը պետք է ունենա
ազդրի անատոմիական թեքությունը
(anatomical pre-contoured),
արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ
արգելափակվող, աջ և ձախ
վերջույթների համար տարբեր են,
սահմանափակ կոնտակտով
դինամիկ կոմպրեսսիոն են,
պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող
պողպատի համաձուլվածք,
հարթակն ունի ազդրի
անատոմիական թեքությունը,
պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 9,

10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված
և ֆիքսված անցքերով (ըստ
պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ
սովորական` ոչ արգելափակող
գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող
գլխիկով պտուտակների համար: •
Ազդրի դիստալ հարթակ,
արգելափակվող և նորմալ` ոչ
արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ
հատվածներում տեղադրման
հնարավորությամբ, աջ և ձախ
վերջույթների համար տարբեր են,
սահմանափակ կոնտակտով
դինամիկ կոմպրեսսիոն են,
պատրաստման նյութը` չժանգոտվող
պողպատի համաձուլվածք,
հարթակի պրոքսիմալ հատվածը
լայնացած է, պահանջվող անցքերն
են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք,
կոմբինացված և ֆիքսված
անցքերով (ըստ պահանջի),
համատեղելի է 5,0մմ դիստալ
հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ
հատվածում սովորական` ոչ
արգելափակող գլխիկով և
արգելափակող գլխիկով
պտուտակների համար, քիչ
ինվազիվ ստաբիլիզացիոն
համակարգի հետ համատեղելի

(LISS) և ոչ: • Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման կյուլը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են. երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ:

• Ուղքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերձնկոսկրային և ստորձնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածում չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում որս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ արգելափակող պտուտակի

