ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Ortho)	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Ortho)	Բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Ortho)	"Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ Նպատակ՝ Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,: Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ 1)ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային), 10 (տաս)

						չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ: 2) Ոտիկը 5 (հինգ) չափի՝ S, M, L, XL, XXL, և քացախափոսային կոմպոնենտը գլխիկը մեջը ֆիքսված 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։ Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485:Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով

						վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 2. Ազդրոսկրի գլխիկ, 3. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի

					առկայությունը: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 6 (վեց) ժամվա ընթացքում:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲՉ-ԷԱՃԱՊԱՔԲ 26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13					