ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ԹԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ	PT	Diagon-Ավստրիա	STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու /STA-NeoPTimal 5ml/՝ նախատեսված Start 4 և Start max վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 6x5 մլ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: : Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE : Մատակարարը ունի արտադրող ընկերության կողմից

				արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
37				