

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
130	Astra DR MR	Astra DR MR	Medtronic	<p>ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր երկխոռոչ: Օրիգինալ: Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք է իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը՝ ոչ ավելի քան 46.6 մմ x 50.8մմ x 7.4մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 22.5 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.75 սմ3, մարտկոցի տիպը՝ լիթիում-յոդ: Լարումը՝ 2.8Վ: Կոննեկտորի տիպը՝ IS-1 BI/UNI: Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11.4 տարի (հաշվի առնելով առավելագույն հզորությամբ կիսամյակային ցնցումները) (DDDR 60 գ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը/նախասրտայինը՝ 2.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 600±1% իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու խցիկում էլ ստիմուլյացիայի</p>

շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում,  
Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ)  
Ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման  
որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող  
ֆունկցիա է, նախատեսված պացիենտի սպոնտան ԱՎ  
անցկացման ժամանակի որոշման եւ DAB և CAB  
ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների  
սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ  
նախասրտային կծկումներին հետևելու համար:  
Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային  
ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (ՀՓՀՌԺ) առկայություն -  
ֆունկցիան նախապաշտպանում է  
Էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված  
տախիկարդիայից, և ապահովում է բլոկադայի  
հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի,  
միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով:  
Ֆունկցիան բարելավում է Էլեկտրոստիմուլյատորով  
ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը,  
երկարացնելով ՀՊՀՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ  
հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի  
հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի,  
ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ  
կարճացնելով ՀՊՀՌԺ-ն և DAB-ը (անհրաժեշտության  
դեպքում): Խթանման ռեժիմները՝ DDDR; DDD;  
AAIR<=>DDDR ; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR;  
VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Հավաքածուն իր մեջ  
ներառում է երկու Էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր:  
Կախված վիրահատության առանձնակատկությունից  
Էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ

Ֆիկսացիայի: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:

1. յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: 2. արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1.

				<p>ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-19-БПРЗ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
130	-	-	-	-