# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Փոլարիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 157 | - | - | - | 3/6/12 արտածումների միաժամանակյա տպման հնարավորության: Ամբողջական այբբենական-թվային ստեղնաշար: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: Կոմբինացված սնուցման աղբյուր: Ունի ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց: Ներկառուցված ջերմատպիչի գրանցում և տպում մարտկոցից: Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանվածություն: Ներկառուցված էկրանի չափսը՝ոչ պակաս քան 78 x 59մմ, թույլատրելիությամբ, 800x 480 պիքսել: Արագությունը՝ 25,50 մմ/վրկ: Զգայունությունը՝ 5, 10, 20 մմ/մՎ: Արտածումների հպման ցուցիչ: Աշխատանքային մենյու՝ հիվանդի տվյալների՝ անուն, ազգանուն, տարիք, հասակ, քաշ, արյան ճնշում, հետազոտման ամսաթիվ, ժամ և զտիչի վիճակի մասին ինֆորմացիա: Բարձր թույլատրելիության ներկառուցված ջերմատպիչ: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Տպագրության համար նախատեսված տպիչին համապատասխան ջերմաթուղթ: Տպման արագությունը՝ 25 և 50 մմ/վրկ: Տպման զգայունությունը՝ 5, 10 և 20 մմ/մՎ: ԷՍԳ զտիչներ: Միոգրաֆիկական զտիչ: Ցանցային զտիչ: Իզոգծի դրեյֆի զտիչ: Հարթեցնող զտիչ: Ընդհատումների, ԷՍԳ ելուստների, արդյունքների, մանրամասն աղյուսակի ձևով, միջինացված համալիրների դրոշմավորված տեղեկանքով ավտոմատ չափման ծրագրի առկայություն: Պեյսմեյկերի որոշում ±2 մՎ /՝0.1մվկ Թվային գրանցման հաճախականությունների տիրույթը՝0 - 200 Hz (IEC/AHA):Ունի 12 ստանդարտ էլեկտրոդներից միաժամանակ (սինխրոն) առնվազն 9 ակտիվ էլեկտրոդների ազդանշանների գրանցում: Դիսկրետիզացիայի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1000 Հց: Սնուցում 220Վ / 50Հց (±10%): էլեկտրական հոսանքի հարվածից CF պաշտպանություն: Ունի 2 USB պորտ: Ունի Ethernet (LAN, RJ-45) պորտ՝ լարային ցանցին միանալու համար: Աջակցություն FTP պրոտոկոլներին տվյալների արտահանման համար: Սարքը ապահովում է Ethernet (LAN) կապ և Static IP աջակցություն, ինչպես նաև ԷԿԳ տվյալների արտահանում PDF և/կամ DICOM ձևաչափերով և փոխանցում FTP պրոտոկոլով դեպի արտաքին սերվեր՝ համապատասխան կոնֆիգուրացիայի հնարավորությամբ: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ մոնտաժը, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Սարքը չի ապահովում Wi-Fi և DHCP հնարավորությունները: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Поларис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 157 | - | - | - | - |