

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՎՅ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Performa	Accu-Chek Performa	Roche Diabetes Care	Շաքարաչափ սարքի համար Նախատեսված թեստ երիզներ, համատեղելի առնվազն Accu-Chek հետ: Այլ մոդելի շաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարված հետազոտության արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12%-ը և ունենա առնվազն՝ ISO13485, ISO15197 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝ առնվազն

					25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս, քան 9 ամիս: Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս, քան 50 տոկոսի առկայություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗ-ЕЦДЦПЗР-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					