ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր՝ US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ: Դիսփլեյը ոչ պակաս քան 12՛՛ TFT կամ LCD գունավոր էկրան, 90° ծալվող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները՝ ներկայացված ստանդարտ

						ֆորմատով Ամեն պտղի սրտի լսաազդանշանները հասանելի են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ Օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco զրո և այլն Տվյալների պահպանում ոչ պակաս քան 12 ժամ Ազդանշանային համակարգ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Ստանդարտ պարամետրեր՝ TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR) Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2 Փոխակերպիչները՝ բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն Հաճախականությունը ոչ պակաս քան՝ 1 Mhz Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 50-240 բաբախ/րոպե միջակայքում Ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±2 բաբախ/րոպե Արգանդի ակտիվություն (TOCO) Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 0-100 միավոր միջակայքում

						Տպիչ Թերմոպրինտեր Տպող գլխիկը ջերմակայուն և ոչ պակաս քան 110 մմ երկարությամբ Արագությունները ոչ պակաս քան 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծալված թուղթ Թղթի տեսակը՝ թերմոթուղթ Տվյալների, ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն Լրակազմ և պարագաներ 1. Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2. Տպիչi թուղթ՝ ոչ պակաս քան 2 փաթեթ 3. Ուլտրաձայնային գել՝ ոչ պակաս քան 1 շիշ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC

					դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					