

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Շարժական վերակ ենդանագման սեղան նորածինների համար	Շարժական վերակ ենդանագման սեղան նորածինների համար	Շարժական վերակ ենդանագման սեղան նորածինների համար	Շարժական վերակ ենդանագման սեղան նորածինների համար	Շարժական վերակենդանացման սեղան նորածինների համար Նորածինների վերակենդանացում և ծննդաբերության ժամանակ նորածինների անցումային աջակցություն. Բացի այդ, օգտագործվում է ծննդատան նորածինների և ծանր հիվանդ նորածինների համար ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ովքեր մշտական բուժքույրական միջամտություն են պահանջում: Հիմքը պետք է հագեցված լինեն ոչ պակաս քան չորս հակաստատիկ պտտվող

					անիվներով և ոչ պակաս քան երկու արգելակվող անիվներով Հիմքը պետք է հագեցած լինի կողային բռնակով/ռելսով՝ հեշտ դիրքավորման համար Ինտեգրված հիմք և բռնակներ ոչ պակաս քան 2 x 10 լ թթվածնի բալոնների համար Կողային սեղանիկ և IV ձող՝ պարագաների և սարքավորումների տեղադրման համար: Պետք է հագեցած լինի ոչ պակաս քան մեկ ստորին դարակով Յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա պաշտպանիչ բամպերներ Պետք է ունենա բարձրության կարգաբերում Պետք է ունենա ավտոմատ տաքացում Պետք է ունենա մաշկի ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարման մոդուլ: Նախնական տաքացում՝ 33°C, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Պետք է ունենա ձեռքով ջերմաստիճանի վերահսկման ռեժիմ Մակերեւութային հսկողության ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան միջակայքը՝ 30°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C քայլերով. Մաշկի վերահսկման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ
--	--	--	--	--	--

					պակաս քան 32°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C աստիճանով Մաշկի և վերահսկման ջերմաստիճանի ցուցադրման, աշխատանքային ռեժիմի և ջեռուցիչի հզորության ցուցիչների առկայությունն Մահճակալի թերման մեխանիզմ՝ ոչ պակաս քան 0-10^o միջակայքում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան հինգ աուդիո-վիզուալ ահագանգ Պետք է ունենա ծալովի վահանակներ Պետք է ունենա ռենտգենյան խցիկ՝ ինտեգրված մանկական մահճակալի տակ Պետք է ունենա միջամտությունների լամպ Պետք է ունենա մեծ ներքնակ Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 5 դյույմանոց LCD էկրան՝ APGAR ժամանակաչափով Պետք է ունենա թթվածնի կենտրոնական մատակարարման համակարգ Պետք է ունենա թթվածնի հսկողություն Պետք է ունենա բարձր հոսքի քթի սարք Թթվածին/օդ խառնիչի առկայություն Թթվածնային հոսքաչափի առկայություն. հոսքի միջակայքը ոչ պակաս քան 0 - 25 լ/րոպե Փոքր ծավալի կոնտուրային խողովակի առկայություն Զթի
--	--	--	--	--	---

					կաննուլաների առկայություն (գումարած լրացուցիչ 10 պահեստային հավաքածու) վաղաժամ և ժամանակին ծնված երեխաների համար Էլեկտրոնային խոնավացուցիչի առկայություն ջրի տարայով և ջերմաստիճանի կարգավորմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն
--	--	--	--	--	--

					անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	---------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					