

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեո-Նալ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԷՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ճեղքային լամպ/ ակնաբուժական սարք	Tomey	TOMEY GmbH	ՃԵՂՔԱՅԻՆ ԼԱՄՊ (SLIT LAMP) 1. Ընդհանուր պահանջներ Առաջարկվող սարքը պետք է լինի սեղանային տիպի ճեղքային լամպ, նախատեսված ակնաբուժական հետազոտությունների և ախտորոշման համար: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության և նախկինում չահագործված չլինի: 2. Օպտիկական համակարգ Օպտիկական համակարգը պետք է լինի 10° թեքությամբ Galilean Converging Binoculars տիպի: Խոշորացման փոփոխությունը պետք է իրականացվի պտտվող թմբուկային մեխանիզմով և ապահովի ճշգրիտ՝ • 6.3x • 10x • 16x • 25x • 40x խոշորացումներ: Օկուլյարների խոշորացումը պետք է լինի 12.5x: Տեսադաշտը պետք է կազմի՝ • 36.2 մմ 6.3x • 22.3 մմ 10x • 14.0 մմ 16x • 8.9 մմ 25x • 5.7 մմ 40x Աչքերի միջև հեռավորության կարգավորումը պետք է

				լինի 52-80 մմ: Օբյեկտիվների կոնվերգենցիայի անկյունը պետք է լինի 13°: Դիոպտրիական կարգավորումը պետք է լինի $\pm 8D$: 3. Ճեղքային լուսավորման համակարգ Ճեղքի լայնությունը՝ 0-14 մմ: Ճեղքի երկարությունը՝ 1-14 մմ: Ապերտուրաների տրամագծերը պետք է լինեն՝ • $\varnothing 14$ մմ • $\varnothing 8$ մմ • $\varnothing 5$ մմ • $\varnothing 3$ մմ • $\varnothing 0.2$ մմ Ճեղքի պտույտը պետք է իրականացվի $\pm 90^\circ$ միջակայքում: Ճեղքի թեքությունը պետք է կարգավորվի հետևյալ դիրքերով՝ • 5° • 10° • 15° • 20° Սարքը պետք է ունենա հետևյալ ֆիլտրերը՝ • Heat Absorbing Filter • Red-Free Filter • Cobalt Blue Filter • ND Filter • Diffuser Filter 4. Մեխանիկական համակարգ Հիմքի շարժման միջակայքները պետք է կազմեն՝ • Z առանցք - 30 մմ • X առանցք - 110 մմ • Y առանցք - 115 մմ Հորիզոնական նուրբ կարգավորման միջակայքը պետք է լինի 12 մմ: 5. Լուսավորման համակարգ Ֆիքսացիոն լույսը պետք է լինի LED: Հիմնական լուսավորման աղբյուրը պետք է լինի LED / 12V: Լուսավորման ինտենսիվությունը պետք է լինի առնվազն 150 klx: 6. Լրացուցիչ հնարավորություններ Սարքը պետք է ապահովի օպտիկական մարմնի մեջ ինտեգրվող Yellow Filter-ի տեղադրման հնարավորություն: Սարքը պետք է ապահովի TAT-80R ապլանացիոն տոնոմետրի միացման հնարավորություն: Սարքը պետք է ապահովի չափիչ օկուլյարի միացման հնարավորություն: 7. Չափսեր և էլեկտրական պարամետրեր Չափսերը՝ 330 × 390-460 × 460 մմ: Քաշը՝ առավելագույնը +16 կգ: Սնուցում՝ 100-240V, 50/60Hz: Ելքային լարում՝ 12-15V DC: 8. Մասնակցի և
--	--	--	--	--

				մատակարարվող սարքավորման նկատմամբ պահանջներ Մասնակիցը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը կամ լիազորված գործընկերը և ներկայացնի համապատասխան հավաստող փաստաթուղթ: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից տրամադրված գործող ներկայացուցչության կամ դիստրիբյուտորության հավաստագիր: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի սարքավորման տեխնիկական բրոշյուրները և համապատասխանության աղյուսակը: Սարքավորումը պետք է մատակարարվի գործարանային ամբողջական հավաքակազմով և արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: Չվնասված , չօգտագործված Սարքավորումը պետք է ունենա CE, ISO կամ համարժեք միջազգային որակի և համապատասխանության հավաստագրեր: Մասնակիցը պետք է ապահովի կամ ունենա լիազորված տեխնիկական և սերվիսային սպասարկման հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Սարքավորման համար պետք է տրամադրվի առնվազն 12 ամիս երաշխիք: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մատակարարը պարտավոր է անվճար իրականացնել երաշխիքային սպասարկում և արտադրական թերությունների վերացում: Մասնակիցը պետք է ապահովի հետերաշխիքային սպասարկման և պահեստամասերի մատակարարման հնարավորություն: Սարքավորումը պետք է ունենա գործարանային սերիական համար և արտադրողի որակի վերահսկողության փաստաթղթեր:
--	--	--	--	--

				9. Մատակարարման պայմաններ Սարքը պետք է մատակարարվի ամբողջական, աշխատունակ և արտադրողի ստանդարտ կոմպլեկտացիայով: Մատակարարման պահին ներկայացվում են բոլոր տեխնիկական փաստաթղթերը, օգտագործման հրահանգները և համապատասխանության հավաստագրերը
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гео-Нал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20400-100000000-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				