

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԹՐԵՅԴՄԵԴ" ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	25+G 20K Bevel, Std, Combined, Ultra 2.4mm IA	25+G 20K Bevel, Std, Combined, Ultra 2.4mm IA	25+G 20K Bevel, Std, Combined, Ultra 2.4mm IA	Alcon Laboratories, Inc	Ակնաբուժական վիրաբուժության համար նախատեսված համակցված հավաքածու, որը կիրառվում է վիտրեկտոմիայի, ֆակոեմուլսիֆիկացիայի կամ համակցված միջամտությունների իրականացման ժամանակ: Պետք է լինի համատեղելի Constellation Vision System ակնավիրաբուժական համակարգի հետ և ապահովի վերջինի լիարժեք ֆունկցիոնալությունը: Արտադրանքը պետք է համապատասխանի բժշկական արտադրանքի անվտանգության և

որակի պահանջներին, լինի  
առնվազն B կարգի  
ստերիլիզացիայով: Գործիքի  
տրամագիծ -25 Ga (0.52 մմ):  
Կտրվածքների հաճախություն-  
մինչև 20 000 կտրվածք/րոպե:  
Վիտրետումի ծայր- թեք  
(скошенный): Ինֆուզիոն  
համակարգ- ավտոմատ ինֆուզիոն  
փականով: Պորտերի կառուցվածք-  
փականային: Սկլերոտոմիայի  
տրամագիծ- 0.9 մմ: Հավաքածուն  
պետք է ներառի հետևյալ  
բաղադրիչները՝ Կասսետա  
համակցված միջամտությունների  
համար — 1 հատ Վիտրեկտոմիայի  
զոնդ՝ թեք ծայրով — 1 հատ Ուղիղ  
էնդոլուսկեր — 1 հատ Բարելավված  
ինֆուզիոն կանյուլա — 1 հատ  
Ինֆուզիոն տյուբինգ ավտոմատ  
փականով — 1 հատ Լուծույթի  
մատակարարման տյուբինգ դեպի  
կասսետա — 1 հատ Իռիգացիոն-  
ասպիրացիոն տյուբինգ — 1 հատ  
Սթերիլ ծածկույթ մոնիտորի համար  
— 1 հատ Երեքդիրանի անջատիչ —  
1 հատ Ներարկիչ  
(մաքրում/փոխանցում) — 1 հատ  
Թեստ-խցիկ — 1 հատ Ասպիրացիոն

				<p>ծայրիկների բանալի — 1 հատ Իռիգացիոն ծածկույթներ — 2 հատ Տրոակար՝ փականային պորտով — 3 հատ Թողարկվող անցքով խողովակ (վիտրոռետինալ մուտք) — 1 հատ Հավաքածուն պետք է մատակարարվի արտադրողը փակ, չվնասված, ստերիլ փաթեթավորմամբ: Սպառման ժամկետ — ոչ պակաս քան 24 ամիս: Յուրաքանչյուր միավորի վրա պարտադիր պետք է նշված լինեն արտադրողը, ընկերության անվանումը, սերիական և լոտային համարները: Արտադրանքը պետք է ունի արտադրողի որակի հավաստագրեր (ISO 13485 կամ համարժեք) Լինի գրանցված բժշկական արտադրանք Պահպանի ստերիլությունը մինչև կիրառման պահը Չպարունակի լատեքս</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ТРЕЙД МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					