

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՄ ՊԼՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	EDAN i15 Blood gas and chemistry analyzer	EDAN i15 Blood gas and chemistry analyzer	EDAN i15	EDAN instruments inc.	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ:Բոլոր սենսորները տարբեր բլոկներում Արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac Ընդունելի նմուշներ՝ ամբողջական արյուն (հեպարինացված), զարկերակային, խառը երակային, մազանոթային Նմուշի ծավալը՝ արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ 120 մկլ Հաշվարկվող պարամետրերը՝ SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2, Anion Gap, Hb, nCa Ճշգրտված

				ջերմաստիճանը՝ pH, PCO₂, PO₂ Թողունակությունը ժամում 50 նմուշ Տրամաչափման քարթրիջի կամ էլեկտրոդների ծառայության ժամկետը 28 օր Ռեակտիվների պահպանման ժամկետը սենյակային ջերմաստիճանում 18-ից 30°C 12 ամիս էլեկտրոդը՝ 100 թեստ Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 300 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 : 2, IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЕУ ᲡᲚᲢᲠᲢ» ᲡᲡᲚ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᲘᲘ ᲚᲚ ᲢᲚᲘᲚᲡᲚᲠ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					