# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով | CONTEC | TLC6000 | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD, | Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով Ալիքներ՝ 12 Թողունակությունը՝ 10 բիթ Ձայնագրման ժամանակը՝ 48 ժամ Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման Սեղմում՝ չկա Նմուշառման արագությունը. 128 վայրկյանում Հաճախականությունը՝ 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝ արտածումների քարտեզով Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով Մարտկոց. առկա Փաթեթը ներառում է. Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 4 հատ ԷՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 4 հատ ԷՍԳ մալուխ 10 լարանի -4 հատ Պաշտպանիչ պատյան - 4 հատ ԷՍԳ էլեկտրոդներ՝ 60 հատ նոութ բուկ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ, MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Ермеդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | | | | | |