

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ. ոչ պակաս քան ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին

ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք,
QRS տևողություն, QT միջակայք և
QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]
կամ [V6] և S [V1], P, R, T
առանցքներ
Հաճախականությունների սահմանը,
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ
Զֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան
0,05... 150 Հց Ձայնագրման
եղանակը՝ ջերմային թուղթ
Տարվումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ
Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան
80մմ x 30մմ Ձայնագրման
արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 /
25/50 օգտագործողի կողմից
ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող
մարտկոց Մարտկոցի գործարկման
ժամանակը. ոչ պակաս քան 90
րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ
կամ կաբրերա էլեկտրոսուցում՝
220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և
անգլերեն մենյուի առկայություն
Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ
2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6
էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների
էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ էՍԳ գել 5. 2
թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ.

				<p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	Портативный электрокардиограф Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем Цифровой дисплей: площадь обзора: не менее чем 8" Переключение выводов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мВ: не менее чем 5, 10, 20, авто Сигнал калибровки: автоматический и ручной Функции: не менее чем автоматическое измерение и автоматическая интерпретация стандартных параметров ЭКГ, всех отведений,

скорректированного среднего HR,
среднего интервала RR,
продолжительности QRS,
интервала QT и интервала QTc,
максимального R [V5] или [V6] и S
[V1], осей P, R, T Диапазон частот,
Гц Диагностический: Защита от
дефибрилляции в соответствии с
АAMI / IEC 60601-2-25: 2011
Нефильтрованный не менее чем
0,05...150 Гц Способ записи:
разрешение термобумаги не менее
чем 8 точек мм Бумага для записи:
не менее чем 80 мм x 30 м Скорость
записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50
выбираемый пользователем
Внутренняя аккумуляторная
батарея Время работы от батареи:
не менее чем 90 мин Подключение
каналов стандартное или Cabrera
E[tc]rnu[tc]rnu[tc]rnu 220-240 Ч, 50/60
Hz Наличие меню на русском и
английском языках Акссесуары: 1.
Кабель пациента 2. 6 электродов
для грудных конечностей 3. 4
электрода для конечностей 4. 1
флакон геля для ЭКГ 5. 2 рулона
бумаги Другие условия: Установка
и запуск Обучение персонала на

				<p>месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): 1. ISO 13485 или эквивалент 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/ЕЕС сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.</p>
--	--	--	--	---