

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչ	z50	z50	Zybio Inc	Ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչ Հետազոտման պարամետրները` 29 ցուցանիշ հաշվելու հնարավորություն + 3հիստոգրամներ և 5ստագրամներ WBC, Lym #, Mon #, Neu #, Bas #, Eos #, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT P-LCR, PLCC,ALY#,ALY%,LIC%,LIC# Արտադրողականությունը` 60 ևմու2 1 ժամում Շահագործման համար օգտագործվող ռեագենտները 4 ռեագենտ Ռեակտիվները ճանաչելու

					գծիկավոր կող կարդացող միավորի առկայություն Փորձանոթի նույնականացման հնարավորություն Փորձանոթների ներբեռնումը՝ շարունակական ներբեռնում 8.4'' գունավոր հպումային TFT դիսպլեյ Օգտագործվող փորձանոթների տեսակներ, Vacutainer, Vacuette Հիշողությունը՝ > 50000 նմուշների արդյունքները Որակի ստուգում՝ որակի ստուգման ծրագրերի առկայություն՝ Levey-Jennings, X-B Լեգուն՝ անգլերեն Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: 1000 թեստի համար ռեագենտ Համակարգի լվացման հեղուկներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս 1. ISO13485 2.
--	--	--	--	--	---

				IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					