

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում MobileSparkler 300C	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում MobileSparkler 300C	MobileSparkler 300C	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը` 32 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը` 40-150 կՎ mA` 10-500 մԱ տիրույթում mAs` 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում Էքսպոզիցիայի ժամանակը` 0.001 -

8 վայրկյան միջակայքում Անողի
ջերմակրությունը՝ 300kHU
Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝
0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր
(մեխանիկական կոլիմատոր ներքին
ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի
միացման ժամանակը՝ 30 վրկ.)
Համակարգի ճիշտ դիրքավորման
ռոտացիոն հնարավորությունը՝
+/-180 աստճան Կոլիմատորի
պտտման աստիճանը՝ +/-180
աստճան LED լամպ Լազերային
ցուցիչ Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք
Ռենտգեն խողովակի
հավասարակշռված հենարանային
թևի պտտման անկյունը իր
առանցքի շուրջ՝ +/- 325 աստճան
Ֆոկուսային հետքի բարձրության
միջակայքը՝ 550-2060մմ Ռենտգեն
խողովակի վերտիկալ շարժումը՝
150սմ Ռենտգեն խողովակի
հորիզոնական շարժումը՝ 56սմ
Ռենտգեն համակարգի շարժման
տեսակը մոտորիզացված է
Շարժման արագությունը՝ 5կմ/ժ
Ռենտգեն համակարգի
մոտորիզացված շարժման և
պացիենտի մոտ դիրքավորման
հնարավորություն Դետեկտոր,

աշխատանքային կայան
Դետեկտորի չափսը՝ 14x17 դյույմ
Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x2560
Պիքսելային քայքայ՝ 139 մկմ
Թողունակությունը՝ 3,6 զույգ
գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 19
դյույմ, հպումային Մոնիտորի
թողունակությունը՝ 1280x1024
Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝
4GB Ունի՝ 128 ԳԲ SSD սկավառակ
Հիշողության կրիչը՝ 500GB HDD
Վերալիցքավորվող մարտկոցի
(մարտկոցների) առկայություն, որն
աշխատում է առանց
Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ
ամբողջությամբ լիցքավորված է
DICOM Store- Պատկերների
ուղարկում աշխատանքային կայանի
և արխիվացման համակարգին
Dicom արտահանում
Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220Վ,
50/60 Հց Այլ պարագաներ.
Կրծքավանդակի ռենտգեն
հետազոտության համար
ռենտգենյան ստենդի առկայություն
Ռենտգենյան ստենդը
Նախատեսված է երեխաների և
մեծահասակների կրծքավանդակի
ռենտգեն հետազոտության

իրականացնելու համար
Ռենտգենյան ստենդը
նախատեսված է 17x17 դյույմ
դետեկտոր տեղադրելու համար
Դետեկտորի տեղադրման մասը
տարբեր չափսերի է, դետեկտորներ
տեղադրելու հնարավորությամբ
Դետեկտորի տեղադրման մասը
շարժական է՝ վերև- ներքև
ուղղություններով 150 սմ
միջակայքով և ֆիքսվող
անհրաժեշտ բարձրության վրա
Ամբողջ մարմնի ճառագայթային
պաշտպանության հագուստի
առկայություն Վահանաձև գեղձի
ճառագայթային պաշտպանության
հագուստի առկայություն
Ճառագայթային պաշտպանության
գոգնոցի առկայություն Այլ
պայմաններ. 24 ամիս երաշխիք
ամբողջ համակարգի, այդ թվում
ռենտգենյան խողովակի և
դետեկտորի համար Տեղադրման
աշխատանքների կատարում
մասնագետի կողմից
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
մասնագետի կողմից Օգտագործման
ձեռնարկ ռուսերեն և անգլերեն
Ապրանքը նոր է, չօգտագործված

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>	аукционе под кодом	<p>Ապրանքը արտադրված է մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ շահագործման և անվտանգության պարագաներ</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	<p>Հրահանգների մրցույթի մասնակիցներին Մրցույթի տեխնիկական արդյունքում առաջին տեղ</p>
4					<p>գրադեցրած ընկերությունը</p>
					<p>ներկայացնելու է սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ</p>

				<p>ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 14001 3. Բժշկական սարքավորումների համար` MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--