ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	AVANTEB Smart 4	AVANTEB Smart 4	Smart 400w	AVANteb Company	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն: Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար 400 Վտ 300 Ω-ի համար: Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 120 Վտ 300 Ω-ի համար: Առավելագույն ելք

						երկբևեռ կտրման ռեժիմ՝ 100 Վտ 200 Ω-ի համար: Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 100 Վտ 100 Ω-ի համար: Ունի 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1,2,3), 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), 1 երկբևեռ կտրվածք և 1 երկբևեռ կոագուլացիա: Միաբևեռ կտրվածք Ունի մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1,2,3. Միաբևեռ կոագուլացիա Ունի կոնտակտ, ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա, նուրբ և ուժեղացված կոագուլացիա: Երկբևեռ կտրվածք Ունի երկբևեռ մաքուր կտրվածք: Երկբևեռ կոագուլացիա Ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա: Ակտիվացում Ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ: Ունի երկբևեռ ունելի, ոտնակ (ձեռքի ռեժիմ): Վերահսկում Հագեցած միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգով, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգի համար: Կարգավորումներ Պարամետրերի կարգավորումներն

						առջևի վահանակի վրա: Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել 9 հիշողություն: Անվտանգություն Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա, NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ), REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը: Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ: Գեներատոր Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր: Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA: Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2 Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Պարագաներ Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ: Միաբևեռ բռնակ և մալուխ 1 հատ: Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ: Սիլիկոնային չեզոք

					էլեկտրոդ կամ համարժեք (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ (5 հատ): 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: Ունելին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով: Ուղիղ ունելի 12,1 սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունելի 12,1 սմ 0,5 վերջույթով, Անկյունային ունելի 17,8 սմ 1,0 վերջույթով, Ուղիղ ունելի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով: Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485: 2.93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող և անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					