

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պետրոս Խաչատրյան Անդրանիկի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/150 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	0930A	Չինաստան	<p>Սարքը ունի հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ չափումները ցույց տալու համար, և էկրանի լուսավորման հնարավորություն: Սարքը կատարում է հաստատուն հոսանքի, հաստատուն լարման, փոփոխական լարման և դիմադրության չափումներ, բոլոր գործառնությունները ներկառուցված են մեկ ամբողջական սարքի մեջ: Չափերը՝ առավելագույնը 6 սմ հաստություն, առավելագույնը 28 սմ երկարություն և առավելագույնը 18 սմ լայնություն: Քաշը՝ առավելագույնը 800 գրամ: Հաստատուն լարման մինչև 200 մՎ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՎ, 200 մՎ-ից մինչև 2 Վ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 մՎ, 2 - 20 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը 10 մՎ, 20 - 200 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը 100 մՎ, և 200 - 1000 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը 0,1 Վ: Հաստատուն հոսանքի մինչև 200 մկԱ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 նԱ, 200 մկԱ-ից մինչև 2 մԱ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 մկԱ, 2 - 20 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը 10 մկԱ, 20 - 200 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը 100 մկԱ, և 200 մԱ-ից մինչև 10 Ա տիրույթում՝</p>

			<p>առավելագույնը 10 մմ: Փոփոխական լարման մինչև 750 Վ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՎ: Դիմադրության մինչև 200 Օհմ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՕհմ, 200 Օհմ-ից մինչև 2 կՕհմ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 Օհմ: Սարքն ունի ներկառուցված բարձրախոս՝ զրոյական դիմադրության չափմանը օգնելու համար: Սարքը չափում է մուտքային փոփոխական լարման հաճախությունը: Սարքը չափում է կոնդենսատորի ունակությունը: Սարքը ներառում է ջերմազույգ՝ ջերմաստիճանային չափում իրականացնելու համար: Սարքը ներառում է ինդուկտիվ տվիչ՝ մետաղական օբյեկտները հայտնաբերելու համար: Լարման, հոսանքի, դիմադրության, հաճախության, ունակության, ջերմաստիճանի և այլ չափումներ իրականացնելիս սարքը ավտոմատաբար ընտրում է համապատասխան տիրույթը (սանդղակը), առավելագույն չափման ճշգրտությունն ապահովելու համար, այդպիսով անհրաժեշտություն չկա սարքի սելեկտորը պտտել համապատասխան սանդղակի ուղղությամբ, այլ միայն ընտրվում է համապատասխան միավորի չափման ռեժիմը: Սարքը սնուցվում է AA կամ AAA տիպի 1,5 Վ լարման մարտկոցներով կամ ունի ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 6 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման: Սարքը չի ներառում սենսորային էկրան: Սարքը չի ներառում ավտոմատացված համակարգ չափման ռեժիմը որոշելու համար, փոխարենը պարունակում է սելեկտոր:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПЕТРОС ХАЧАТРЯН ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/150 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
12			