

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ինֆուզիոն պոմպ	Ինֆուզիոն պոմպ	Ինֆուզիոն պոմպ	Ինֆուզիոն պոմպ	<p>Ինֆուզիոն պոմպ Սարքը ունի ձայնային հուշումների ֆունկցիաներ և ավտոմատ կերպով դադարեցնում է ներարկումը: Ներարկման ռեժիմները առնվազն՝ հոսք, ժամանակ, քաշ, հերթավորում, ռելեային, կաթիլային Համատեղելի համակարգերը առանց սահմանափակման՝ համապատասխան ISO 8539-4 և ISO8536-8 ստանդարտների Հոսքի արագությունը՝ առնվազն 1մլ/ժ-1200 մլ/ժ տիրույթում Քայլը՝ 0,1-99,99 մլ/ժ հոսքի համար ոչ ավել քան 0,01 մլ/ժ 100-999,9 մլ/ժ հոսքի համար ոչ ավել</p>

քան 0,1 մլ/ժ 1000-1200 մլ/ժ հոսքի  
համար ոչ ավել քան 1 մլ/ժ  
Ներարկվող ծավալի կարգաբերման  
միջակայքեր՝ 0,1-99,99 մլ ոչ ավել  
քան 0,01 մլ քայլով 100-999,99 մլ ոչ  
ավել քան 0,1 մլ քայլով 1000-9999 մլ  
ոչ ավել քան 1 մլ քայլով Մաքրման  
հաճախականությունը 1մլ/ժ  
~1,200մլ/ժ, կարգավորվող  
Ներարկման ծավալը ` 1 մլ~ 9999 մլ  
Ընդհանուր ներարկման ծավալը ``  
1մլ~9999 մլ KVO հզորությունը  
առնվազն 0,1 մլ/ժ-5 մլ/ժ  
կարգավորվող, ոչ ավել քան 0,01  
մլ/ժ քայլով Բոյուս առնվազն ձեռքով  
0,1մլ/ժ-1200 մլ/ժ տիրույթում  
կարգաբերվող և ավտոմատ բոյուս  
իցանման զգայունության  
մակարդակները ոչ պակաս քան`  
Բարձր: 900 mmHg Միջին: 550  
mmHg Ցածր: 300mmHg Օդի  
պղպջակների հայտնաբերման  
գործառույթ առնվազն 25մկլ  
Տեսային և ձայնային ազդանշան`  
առնվազն 11 ձայնային մակարդակի  
առկայություն Ձայնային ազդանշան  
առնվազն` ներարկման ավարտի,  
իցանման, դռան բացվելու,  
խողողովակում պղպջակների, սխալ

կարգավորումների, ցածր մարտկոցի, հոսանքազրկման, կաթիլային սենսորի անսարքության, ռելեայի ինդեքսի կրկնման, ժամանակի ավարի համար Պարամետրերի փոփոխության հնարավորություն ցանկացած էտապում առանց ներարկման դադարեցման Պարամետրերի փոփոխության կողպման հնարավորություն

Իրադարձությունների պահպանման հնարավորություն առնվազն 2000 դեպքի համար Սնուցման աղբյուրը AC 100V/240V, 50/60Hz;

Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցով, 5 ժամ մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն, մարտկոցի տիպը լիթիումային Պղպջակի դետեկտոր՝ Կապի միջոցները լարով և անլար, առնվազն կենտրոնական վերահսկման կայանի, քուլրի կանչի, ձայնային հաղորդակցման համար Ինֆուզիոն շտատիվ ամրացնելու բռնակ խնամյալի տվյալները բարկոդային մուտքագրման հնարավորություն Տվյալների մուտքերը առնվազն LAN, WiFi,

				<p>RS485, երեք կամ ավել USB 2.0 HIS համակարգերի հետ միանալու հնարավորություն Սարքավորման դասակարգումը՝ Դաս I, IP դասակարգում՝ IPX2 ներքին էլեկտրասնուցման համակարգ, CF տեսակ Առնվազն 4 դիքով ֆիսելու հնարավորություն Դեղամիջոցների գրադարանի առկայություն առնվազն 1000 դեղամիջոցի համար, հավելյալ առնվազն 4000 դեղամիջոցի ավելացման հնարավորություն Հաճախ կրկնվող առնվազն 20 թերապիաների պահպանման հնարավորություն և կանչ մեկ հպումով Կառավարումը անջրաթափանց կոճակների և հպումային էկրանի միջոցով, էկրանի չափը առնվազն 2,4 դյույմ Քաշը ոչ ավել քան `1,2 կգ մարտկոցով Սերտիֆիկատների և վկայագրերի առկայություն առնվազն CE MDD, ISO13485 Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦЦПQР 2026-40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					