

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	V-14™ Guidewire	V14	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագիծը՝ 0.014 դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 182 սմ, 300 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ծածկույթը՝ պոլիմերային հիդրոֆիլ: Ռենտգենկոնտրաստ՝ դիստալ հատվածում 10 սմ և 38 սմ, տեֆլոնային (PTFE)՝ պրոքսիմալ հատվածում: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի ծայրի պահանջվող կոշտությունը՝ 3 գ, 6 գ: Ծայրի ձևը՝ ձևավորված ուղիղ կամ կոր: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 8 սմ, 11 սմ: Ուղղորդիչ լարի ծայրը հնարավոր է մոդելավորել: Ցանկացած</p>

				<p>մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50 %-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62	-	-	-	-