

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
63	V-18™ Guidewire	V18	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագիծը՝ 0.018 դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 110 սմ, 150 սմ, 200 սմ, 300 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ծածկույթը՝ պոլիմերային հիդրոֆիլ: Ռենտգենկոնտրաստ՝ դիստալ հատվածում, տեֆլոնային (PTFE)՝ պրոքսիմալ հատվածում: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի ծայրի պահանջվող կոշտությունը՝ 6 գ, 8 գ: Ծայրի ձևը՝ ձևավորված դիստալ հատված՝ 2 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 8 սմ, 12 սմ: Ուղղորդիչ լարի ծայրը հնարավոր է մոդելավորել: Ցանկացած

				մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50 %-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
63	-	-	-	-