

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	TAGLER	TAGLER	Аппарат Ротта TAGLER АРП-3	ООО «НПП Таглер»	Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը նախատեսված է կլիմայական, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օռլովայի աղյուսակները միաժամանակ Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ Լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում ոչ պակաս քան

					250 յուրս Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարությունն չպետք է նկատելի լինի Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Հավաքածու և պարագաներ</p> <p>Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում` մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՄ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	TAGLER	TAGLER	Аппарат Ротта TAGLER АРП-3	ООО «НПП Таглер»	Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը նախատեսված է կլիմայական, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օշլովայի աղյուսակները միաժամանակ Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ Լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում ոչ պակաս քան

					250 յուրքս Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարությունն չպետք է նկատելի լինի Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Հավաքածու և պարագաներ</p> <p>Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում` մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
--	--	--	--	--	--