

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՏԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	Կարդիոմոնիտոր	Կարդիոմոնիտոր	Կարդիոմոնիտոր	Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի առնվազն 15" գունավոր TFT կամ LCD էկրան, առնվազն 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: Առնվազն 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային կամ կիկել ջրածնային մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն առնվազն՝ 11.1 V, 5200 mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո առնվազն 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի

լիցքի նվազման ազդանշանից հետո առնվազն 5 րոպե անխափան աշխատանքի հնարավորություն: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն առնվազն 7x24 ժամ: Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն առնվազն 400 ցուցանիշ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն առնվազն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝ $-2.0 \text{ mV} \sim +2.0 \text{ mV}$, ճշտություն՝ 0.02 mV : Պոլսի հաճախության միջակայքը առնվազն՝ $20 \sim 300$ bpm, լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան 1 bpm , ճշտություն՝ $\pm 3 \text{ bpm}$: ECG արտածումներն առվնազն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Հզորացման գործակիցներ առնվազն՝ $\times 250, \times 500, \times 1000, \times 2000$: Չգայունություն առնվազն $200 \mu\text{V}$ (գազաթային արժեք): Դիմադրություն առավելագույնը $> 5 \text{ M}\Omega$: Սրտի հաճախության միջակայք առնվազն $15\text{--}380 \text{ bpm}$: Ճշտություն $\pm 1 \%$: Կարգաբերման ազդանշան՝ $1 \text{ mV} (\pm 5 \%)$: Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ առավելագույնը 3 վայրկյան: Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք առնվազն $0.3 \sim 3 \Omega$: Հիմնային իմպեդանս առնվազն՝ $200 \sim 4000$: Թողունակություն առնվազն՝ $0.1 \sim 2.5 \text{ Hz}$: Շնչառության հաճախություն առնվազն՝ մեծահասակ՝ $0 \sim 120$ շ/ր, մանկական/նորածին՝ $0 \sim 150$ շ/ր: Ճշտություն՝ ± 2 շ/ր: Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ $10\text{--}40$ վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ: Ունի

առնվազն մանուալ, ավտոմատ և STAT չափման
 ռեժիմներ: Ավտոմատ չափման ինտերվալներ առնվազն՝
 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ ավել, քան 5 րոպե:
 Չափման միջակայքներ առնվազն՝ մեծահասակ՝ SYS
 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg, մանկական՝
 SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg,
 նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110
 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ± 3 mmHg: Առավելագույն
 սխալ՝ ± 5 mmHg: Ճնշման պաշտպանություն՝
 մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240
 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg: SpO₂ չափման
 միջակայք՝ 0 ~ 100 %: Լուծաչափություն առավելագույնը
 1 %: Ճշտություն՝ 70 %-ից 100 %, ոչ ավել քան 2 միավոր:
 Ջերմաստիճանի ալիքների քանակ առնվազն՝ 2:
 Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C: Լուծաչափություն՝
 0.1°C: Ճշտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (առանց սենսորի): Ունի
 առնվազն հետևյալ պարագաները՝ NIBP թանոց 1 հատ և
 խողովակ 1 հատ , EUG մալուխ 1 հատ և Էլեկտրոդներ
 առնվազն 40 հատ, SpO₂ սենսոր ա հատ, ջերմաչափի
 զոնդ 1 հատ, լիթիումային կամ նիկել ջրածնային
 մարտկոց ա հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի
 ձեռնարկ: Որակի վկայականներ առնվազն, CE,
 ISO13485, SFDA Դաս IIb, Էլեկտրաշոկի
 պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO₂/NIBP մոդուլներ՝ BF
 տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի
 պաշտպանություն: Սարքավորումը նոր է,
 չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
 Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ
 պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ

				մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79				