

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
85	Դեֆիբրիլյատոր	Դեֆիբրիլյատոր	Դեֆիբրիլյատոր	Դեֆիբրիլյատոր: Էկրանը առնվազն 8 դյույմ, LCD գունավոր կապացիտիվ սենսորային Էկրան, պաշտպանված կոփված ապակիով, առնվազն 1024×768 պիքսել լուծաչափով: Ոչ պակաս, քան 5 ալիքային կոր: Խոշոր տառաչափով ինտերֆեյս: Կորի սառեցման գործառույթ: Էկրանի պատկերահանման (screenshot) գործառույթ: Բարձր կոնտրաստի ռեժիմ: Ավտոմատ պայծառության կարգավորում: Աջակցություն ժեստերով կառավարում: Սքանավորման արագությունը առնվազն 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վ: Ահազանգի լուսային ցուցիչի առկայություն: Նավիգացիոն պտուտակ/կոճակի առկայություն: Միացման պատրաստականության ժամանակ: Ոչ ավելի, քան 2 վայրկյան: Գրաֆիկական տեսողական ահազանգման ուղեցույցի առկայություն: Սնուցումը` AC մուտքային լարում 100 V-240 V:

				Մարտկոցը՝ լիթիում-իոնային մարտկոց, որը պետք է ապահովի ոչ պակաս, քան 300 լիցքաթափում առնվազն 200 Ձ էներգիայով, կամ առնվազն 6.5 ժամ մոնիտորինգ, կամ առնվազն 4.5 ժամ պեյսինգ՝ մեկ լիցքավորմամբ Նոր մարտկոցի դեպքում: Անջատման ուշացում՝ մարտկոցի ցածր լիցքի ահազանգից հետո: Առնվազն 20 րոպե մոնիտորինգ: Ձեռքով դեֆիբրիլյացիա: Կիրառելի պացիենտների խմբեր՝ մեծահասակ, մանկական, նորածնային: Տեխնոլոգիա՝ կարճատև երկփուլանի էքսպոնենցիալ (BTE) ալիքաձև, ավտոմատ կոմպենսացիայով՝ ըստ պացիենտի իմպեդանսի: Առավելագույն էներգիայի ելք: ոչ պակաս, քան 360 Ձ: Դեֆիբրիլյացիայի ռեժիմը ձեռքով ռեժիմում: Սինխրոնիզացված և ոչ սինխրոնիզացված, էներգիայի ընտրության ոչ պակաս, քան 20 մակարդակ: Լիցքավորման ժամանակ: Մարտկոցով՝ մինչև 200 Ձ ոչ ավելի, քան 3 վայրկյանում: Պացիենտի հետ կոնտակտի ցուցադրում: Պետք է առկա լինեն ցուցիչներ ինչպես Էկրանին, այնպես էլ արտաքին paddle-ի վրա, որոնք ցույց են տալիս պացիենտի և paddle/pads-ի միջև կոնտակտային իմպեդանսի վիճակը: Ցուցադրվող իմպեդանսի արժեքը պետք է կարգավորվող լինի: Էներգիայի ընտրություն: Պետք է հնարավոր լինի կատարել ինչպես սարքի վահանակից, այնպես էլ արտաքին paddle-ների միջոցով: Պացիենտի իմպեդանսի միջակայք: առնվազն 25-ից 300 Օմ՝ արտաքին դեֆիբրիլյացիայի համար: ԷՍԳ վերականգնման ժամանակը դեֆիբրիլյացիայից հետո: Ոչ ավելի, քան 2.5 վայրկյան: Ռիթմի ավտոմատ
--	--	--	--	---

վերլուծությունն ձեռքով դեֆիբրիլյացիայի ռեժիմի առկայություն: Աշխատանքի ուղեցույց ձեռքով դեֆիբրիլյացիայի ռեժիմի առկայություն: AED (ավտոմատ արտաքին դեֆիբրիլատոր): Ձայնային ուղեցույցի առկայություն: Ձայնի գրանցման առկայություն: Շոկի ենթակա ռիթմեր: VF, VT (ՍՍՀ >150 զարկ/րոպե և QRS լայնություն >120 մվ): Շոկերի շարք: Շոկեր՝ 1, 2, 3, կարգավորվող: Լռելայն աճող էներգիայի հաջորդականությունը պետք է համապատասխանի AHA 2020 ուղեցույցին: CPR հետադարձ կապ: Մոնիտորինգվող պարամետրեր: Առկայություն՝ հաճախություն, ընդհատման ժամանակ: Ընտրովի՝ խորություն, հետադարձ բարձրացում (recoil), կոմպրեսիաների բաժնեմաս, CQI: CPR մետրոնոմ: Պետք է համապատասխանի AHA 2020 ուղեցույցին: CPR կառավարման վահանակի առկայություն: CPR հետհաշվարկի առկայություն: CPR ֆիլտրի առկայություն: CPR ուսուցման ռեժիմ: Ներառյալ CPR գործողությունների ուսուցում, փրկարարական ընթացակարգերի ուսուցում, ինտերակտիվ ինքնուսուցում: Պեյսինգ: Ռեժիմներ: Ֆիքսված ռեժիմ և պահանջով (demand) ռեժիմ: Ալիքաձև: Միանպուլս քառակուսի ալիք: Իմպուլսի տևողություն: 20 մվ, 40 մվ, $\pm 5\%$: Պեյսինգի հաճախություն: 30 ppm-ից մինչև 210 ppm (ձգորտություն՝ $\pm 1.5\%$, Քայլ՝ 5 ppm): Պեյսինգի ելք: 0 mA-ից մինչև 200 mA (ձգորտություն՝ $\pm 5\%$ կամ ± 5 mA՝ որը մեծ է, Քայլ՝ 1 mA, 2 mA կամ 5 mA): 4:1 պեյսինգի գործառույթի առկայություն: Մոնիտորինգ: ԷՍԳ: առնվազն 15-ից 300 զարկ/րոպե՝ մեծահասակների

				համար, առնվազն՝ 15-ից 350 զարկ/րոպե՝ մանկական և նորածնային պացիենտների համար: Սրտի հաճախության ճշգրտությունը՝ ± 1 % կամ ± 1 զարկ/րոպե՝ որը մեծ է: ԷՍԳ չափաբաժիններ՝ 0.25, 0.5, 1, 2, 4 սմ/մվ, Auto: ԷՍԳ կասկադային ցուցադրում: ST/QT մոնիտորինգի առկայություն: SpO2: 0–100% Մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների համար: Պետք է ապահովի պերֆուզիայի ցուցիչ և ձայնային տոն: PR: առնվազն 20-ից 300 զարկ/րոպե: NIBP: Առնվազն՝ Մեծահասակ. Sys 25–290 mmHg, Dia 10–250 mmHg, Mean 15–260 mmHg: Մանկական. Sys 25–240 mmHg, Dia 10–200 mmHg, Mean 15–215 mmHg: Նորածնային. Sys 25–140 mmHg, Dia 10–115 mmHg, Mean 15–125 mmHg: Գրանցիչ: Ավտոմատ գրանցում: Լիցքավորման դեպքեր, շոկի դեպքեր, նշված դեպքեր, ավտոթեստի հաշվետվություն, պարամետրային ահազանգեր, առիթմիայի ահազանգեր՝ եթե կարգավորված են որպես միացված: Գրանցման արագություն: առնվազն 6.25 մմ/վ, 12.5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: Ալիքաձևի գրանցման տևողություն: 8 վ, 16 վ, 32 վ, STAT: Տպվող ալիքաձևերի քանակ: առավելագույնը 3: Թղթի լայնություն: առնվազն 50 մմ: Պահեստավորում: Դեպքերի գրանցում: Մինչև 1000 դեպք յուրաքանչյուր պացիենտի համար: Ալիքաձևերի պահեստավորում: Մինչև 120 ժամ անընդմեջ ԷՍԳ ալիքաձևերի պահեստավորում: Ձայնի գրանցում: Առնվազն 8 ժամ յուրաքանչյուր պացիենտի համար: Աղյուսակային թրենդներ: Առնվազն 200 ժամ բոլոր չափվող պարամետրերի համար, լուծաչափը՝ 1 րոպե:
--	--	--	--	--

				Տվյալների արտահանում: Տվյալները պետք է հնարավոր լինի արտահանել համակարգիչ՝ USB ֆլեշ հիշողության միջոցով: Սպասարկում: Ավտոթեստ՝ սնուցումն անջատված վիճակում: Առկայություն, ներառյալ արավելագույն էներգիայի լիցքաթափումը: Ավտոթեստի հաճախականություն: Օրական, շաբաթական: Օգտագործողի թեստի հիշեցման առկայություն: Սարքի կարգավիճակի ցուցիչի առկայություն: Անհատականացման թեստի ամփոփման առկայություն: Գրաֆիկական տեսողական անսարքությունների մեղացման ուղեցույցի առկայություն: Շրջակա միջավայրի և ֆիզիկական պահանջներ: Տրից/պիտմասնիկներից պաշտպանության աստիճան: $\geq IP55$:
ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕАՀԱ 12Р-2026/16-22-Ե ՊԲՆ	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			Предлагаемый товар
Номер лота	товарный знак	марка	наименование производителя	Վայր ընկնելու պաշտպանություն առանց տեղափոխման պատյանի: 0.75 մ՝ բազմակողմ: Պետք է դիմակայել մեխանիկական հարվածային փորձարկումներին՝ բժշկական սարքերի ստանդարտների համաձայն: Ջերմաստիճան: Աշխատանքային՝ - 20-ից + 55 °C, Պահեստավորման՝ - 40-ից + 75 °C: Խոնավություն: 5-ից 95 % (առանց կոնդենսացիայի): Բարձրության վրա աշխատանք՝ ծովի մակարդակից առնվազն մինչև 4500 մ: Ցանց: Տվյալների փոխանցում: Իրական ժամանակի տվյալների ուղարկում CMS կամ HL7 ծառայությանը՝ Wi-Fi-ի կամ լարային ցանցի միջոցով: Որակի վկայականներ (առկայություն), 1. ISO 13485 կամ համարժեք, 2. ISO 14001 կամ համարժեք, 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
85				

				կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	---