

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդեքսպերտ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ռադիալ զարկերակի փակիչ	Anntommed կամ Rising Medical	Anntommed կամ Rising Medical	Anntom medica limitedShenzhen կամ Rising Medical Co., Ltd.	Ռադիալ զարկերակի փակիչ: Տեղադրվում է դաստակից 3-4սմ հեռավորության վրա: Նոմինալ օդի ծավալը ոչ պակաս 13մլ, մաքսիմալ օդի ծավալը ոչ ավել 18մլ: Կախված վիրահատվող հիվանդի դաստակի չափերից ռադիալ զարկերակի փակիչի պահանջվող չափերն են՝ սովորական (M չափսի) և L- չափսի:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ: Հանձման պահին

				ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել՝ ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագույնը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медэксперт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22010404-Е00000000-26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					