

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Վիրակապական սեղան	Վիրակապական սեղան	Վիրակապական սեղան	Վիրակապական սեղան	Վիրակապական սեղան Պացիենտի զննում և վիրակապություն կատարելու համար նախատեսված հետազոտման սեղանը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (հիմնական մաս և գլխահենակ); Սեղանի բարձր/ցածր գործառույթի առկայություն; Բարձրությունը կարգավորելի է՝ ոչ պակաս քան 55-90 սմ միջակայքում; Գլխահենակի անկյունը կարգաբերվող՝ ոչ պակաս քան -20° -ից +75° միջակայքում; Սեղանի չափը՝ Ե/L 195x67 սմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%; Բեռնման

				առավելագույն քաշը՝ ոչ պակաս քան 220 կգ ; 4 անադմուկ անիվ՝ ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով; Կենտրոնական արգելակային համակարգի առկայություն; Ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Գուռային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս; Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Վիրակապական սեղան	Վիրակապական սեղան	Վիրակապական սեղան	Վիրակապական սեղան	Վիրակապական սեղան Պացիենտի զննում և վիրակապություն կատարելու համար նախատեսված հետազոտման սեղանը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (հիմնական մաս և գլխահենակ); Սեղանի բարձր/ցածր գործառույթի առկայություն; Բարձրությունը կարգավորելի է՝ ոչ պակաս քան 55-90 սմ միջակայքում; Գլխահենակի անկյունը կարգաբերվող՝ ոչ պակաս քան -20° -ից +75° միջակայքում; Սեղանի չափը՝ Ե/L 195x67 սմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%; Բեռնման

				առավելագույն քաշը՝ ոչ պակաս քան 220 կգ ; 4 անադմուկ անիվ՝ ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով; Կենտրոնական արգելակային համակարգի առկայություն; Ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Գուռային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս; Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--