ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	David Medical	David Medical	DCR60B/60G/60Y,MSE46W/46B/46G,MLE46/60,MLE 60	David Medical	Ապրանքի անվանում ՝ գծային անաստամոզի արտիկուլյացիոն կտրող-կարող գործիք (մեկանգամյա օգտագործման) համար: Ընդհանուր նկարագիր՝ նախատեսված էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ընթացքում հյուսվածքների կտրելու և միաժամանակ գծային կար դնելու համար, որը պետք է ապահովի բարձր ճշգրտություն, հեմոստազ և անվտանգ անաստոմոզ: Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր՝ ձողի առնվազն 360° պտտման հնարավորություն: Աշխատանքային մասը ոչ պակաս, քան 60°

						արտիկուլյացիա (ընդհանուր՝ մինչև 120° երկկողմանի թեքում)։ Ներկառուցված կտրող դանակ։ Գծային կարի երկարություն՝ համապատասխանաբար, ոչ պակաս, քան 46 մմ կամ 60 մմ։ Համատեղելիություն՝ 12 մմ տրոկարների հետ։ Հիմնական կառուցվածք՝ հիմնական սարքից և Փոխարինվող քարթրիջից։ Գործիքը պետք է ապահովի անվտանգ արտիկուլյացիա, հյուսվածքի սեղմում, կտրում և գծային մեխանիկական կարի ձևավորում։Տիտանե ստեպլերային ամրակներ՝ մաքուր տիտան (հարմար վիրաբուժական իմպլանտների համար), բրանշներ, ցողուն և դանակ՝ չժանգոտվող պողպատ ։ Ապրանքի տարբերակներ՝ ձողի երկարություն՝ 280 մմ, 340 մմ կամ 440 մմ՝ կարի երկարությամբ ոչ պակաս, քան 46 մմ կամ 60 մմ. Քարթրիջների տեխնիկական պահանջներ՝ Յուրաքանչյուր քարթրիջ պետք է ապահովի հյուսվածքների կտրվածք և առնվազն 6 շարք տիտանե ստեպլերային ամրակների

						տեղադրում: Համակարգը պետք է ունենա ինչպես հավասարաչափ ամրակներիի դասավորությամբ (3 շարք կտրվածքի մի կողմում 3 շարք՝ մյուս կողնում), այնպես էլ անհավասարաչափ դասավորությամբ (4 շարք օրգանի պահպանվող հատվածում և 2 շարք օրգանի հեռացվող հատվածում կամ համարժեք տեխնոլոգիական լուծում) քարթրիջների տարբերակներ՝ վիրաբույժի կողմից տարբեր անատոմիական իրավիճակներում և հյուսվածքային հաստությունների դեպքում օպտիմալ ընտրություն կատարելու նպատակով: 46 մմ կարի համար նախատեսված քարթրիջներ՝ մոխրագույն՝ 2.0մմ (փակված՝ 0.75մմ), սպիտակ՝ 2.5մմ (փակված՝ 1.0մմ), կապույտ՝ 3.5մմ (փակված՝ 1.5մմ), դեղին՝ 3.8մմ (փակված՝ 1.8մմ), կանաչ՝ 4.1մմ (փակված՝ 2.0մմ). 60 մմ կարի համար նախատեսված քարթրիջներ՝ մոխրագույն՝ 2.0մմ (փակված՝ 0.75մմ), սպիտակ՝ 2.5մմ (փակված՝ 1.0մմ), կապույտ՝ 3.5մմ (փակված՝ 1.5մմ), դեղին՝ 3.8մմ (փակված՝

					1.8մմ), կանաչ՝ 4.1մմ (փակված՝ 2.0մմ), սև՝ 4.4մմ (փակված՝ 2.3մմ)։ Գործիքը պետք է ունենա անվտանգ գործարկման, հյուսվածքի սեղմման և մեխանիկական կարի ձևավորման մեխանիզմներ։ Մատակարարման պայմաններ՝ ամեն 15 քարթրիջի հետ տրամադրել է 1 հատ գծային անաստամոզի արտիկուլյացիոն կտրող-կարող գործիք։ Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն արտադրողի կողմից վավերացված և լիովին համատեղելի՝ ապահովելով անվտանգ և արդյունավետ կիրառություն։ Ապրանքները պետք է լինեն՝ նոր, չօգտագործված, առանձին փաթեթավորմամբ, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁՐ-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33					Продукт наименование: линейного анастомоза каракульской колото-может инструмент (одноразовые) для всех. Общее описание предусмотренных эндоскопической хирургии в тканях резки и в то же время линейный было заложить, которая должна обеспечить высокую точность, гомеостаз и безопасно анатомо армении. Основные технические характеристики теги по крайней мере, 360° вращение возможности. Рабочая часть не менее, чем 60° артикулами (в общей сложности до

						120° двунаправленный изгиб и). Встроенный режущий нож армении. Линейный мебель длина, соответственно, не менее, чем 46 мм или 60 мм. Совместимость для 12 мм токарева с этим. Основная структура основного устройства и Запасные картриджи в армении. Инструмент должен обеспечивать безопасную артикулами, ткани сжатия, резки и линейной механической системы организация производство.Титановых теплей арки для чистого титана (подходит для хирургических имплантатов для), баннер, стебель и ножи из нержавеющей стали производство. Продукт вариантов теги длину 280 мм, 340 мм или 440 мм изделия длиной не менее, чем 46 мм или 60 мм; и Картридж технические требования Для каждой системы должна обеспечивать тканей разрез и по крайней мере 6 различных титановых теплей серии материалах Система должна иметь как равные серии договоренности (3 ряд среза одной стороне 3 ряда, с другой полное), так и

						неравномерно договоренности (4 серии органа охраняемых части и 2 серии органа рецессивные участке или эквивалент технологические решения) картридж вариантов хирурга со стороны различных анатомических ситуациях и ткани частотный случае оптимальный выбор с целью: 46 мм системы, предназначенные для картриджи для серый для 2.0 мм (закрыт для 0.75 мм), белый 2,5 мм (закрыт для 1.0 мм), синий для 3.5 мм (закрыт для 1,5 мм), желтый-3.8 мм (закрыт для 1.8 мм), зеленый 4.1 мм (закрыт для 2.0 мм) для: 60 мм системы, предназначенные для картриджи для серый для 2.0 мм (закрыт для 0.75 мм), белый 2,5 мм (закрыт для 1.0 мм), синий для 3.5 мм (закрыт для 1,5 мм), желтый-3.8 мм (закрыт для 1.8 мм), зеленый 4.1 мм (закрыт для 2.0 мм), черный для 4.4 мм (закрыт для 2.3 мм). в Инструмент должен иметь для безопасного запуска, ткани сжатия и механической системы формирования механизмы. Условия поставки каждого 15 картриджа с,

					чтобы обеспечить 1 шт линейного анастомоза каракульской колото-может инструмент. Все ингредиенты должны быть производителя, сертифицирован и полностью совместим с, обеспечивая безопасное и эффективное применение по. Товар должен быть новый, не использовался, в отдельных упаковках, заводской стерильной упаковке армении.