

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	EziSurg Medical	EziSurg Medical	CS2135,CS2535,CS2935,CS3148,CS3348	EziSurg Medical	Ապրանքի անվանում` Շրջանաձև անաստամոզի ձևավորման համար նախատեսված մեխանիկական գործիք (մեկանգամյա օգտագործման) : Նկարագիր` գործիքը պետք է նախատեսված լինի մարսողական համակարգի վիրահատությունների ընթացքում շրջանաձև անաստամոզների ձևավորման համար: Որը ապահովում է հյուսվածքների միաժամանակյա` սեղմում, կտրում, ֆիքսում տիտանե ստեպլերային ամրակներով: Ներկառուցված շրջանաձև դանակի միջոցով

					իրականացվում է ավելորդ հյուսվածքի կտրում և ձևավորվում է շրջանաձև կար առնվազն 2 շարքով շախմատաձև դասավորված տիտանե ստեպլերային ամրակներով : Գործիքը պետք է ունենա անվտանգ գործարկման, հյուսվածքի սեղմման և մեխանիկական կարի ձևավորման մեխանիզմներ: Հաշվի առնելով, որ շրջանաձև անաստոմոզների ժամանակ, հատկապես բարձր ռիսկային դեպքերում (բարձր մարմնի զանգվածի ինդեքս, ճառագայթային թերապիայից հետո փոփոխված հյուսվածքներ, ցածր ռեկտալ անաստոմոզներ, թուլացած հյուսվածքներ, անաստոմոզային արտահոսքի բարձր ռիսկ), ստեպլերային գծի ամրացումը հանդիսանում է միջազգային կլինիկական պրակտիկայում կիրառվող մոտեցում՝ հետվիրահատական բարդությունների (արտահոսք, արյունահոսություն) նվազեցման նպատակով, պահանջվում է, որ տվյալ գործիքների հետ համատեղ տրամադրվի ստեպլերային կարի
--	--	--	--	--	---

					ամրացման միջոց (կենսաբանական ամրացնող շերտ/պատյան): Յուրաքանչյուր 5 հատ գործիքի հաշվով պետք է տրամադրվի առնվազն 1 հատ համատեղելի կենսաբանական ամրացնող շերտ/պատյան, որը տեխնիկապես և ֆունկցիոնալ առումով հնարավոր կլինի կիրառել համապատասխան գործիքի հետ՝ բարձր ռիսկային վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում ստեպլերային շրջանի լրացուցիչ ամրացման նպատակով: Չափսեր և տարբերակներ՝ գործիքի երկարություն՝ 35 սմ և 48 սմ :Սարքի տրամագիծ՝ 21 մմ, 25 մմ, 29 մմ ,31մմ,33 մմ :Ապրանքային տարբերակներ՝ տրամագիծ՝ 21 մմ, բաց ամրակի բարձրություն՝ 3.5 մմ, երկարություն՝ 35 սմ, տրամագիծ՝ 21 մմ, բաց ամրակի բարձրություն՝ 4.8 մմ, երկարություն՝ 48 սմ, տրամագիծ՝ 25 մմ, բաց ամրակի բարձրություն՝ 3.5 մմ, երկարություն՝ 35 սմ, տրամագիծ՝ 25 մմ, բաց ամրակի բարձրություն՝ 4.8 մմ, երկարություն՝ 48 սմ, տրամագիծ՝ 29 մմ, բաց ամրակի բարձրություն՝ 3.5 մմ, երկարություն՝ 35 սմ,
--	--	--	--	--	---

				տրամագիծ՝ 29 մմ, բաց ամրակի բարձրություն՝ 4.8 մմ, երկարություն՝ 48 սմ, տրամագիծ՝ 31 մմ, բաց ամրակի բարձրություն՝ 4.8 մմ, երկարություն՝ 48 սմ, տրամագիծ՝ 33 մմ, բաց ամրակի բարձրություն՝ 4.8 մմ, երկարություն՝ 48 սմ: Մատակարարման պայմաններ՝ ապրանքը նոր, չօգտագործված, մեկանգամյա օգտագործման, առանձին փաթեթավորված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, պիտանի անմիջապես կիրառման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР44-БД4472Р-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43					Наименование товара для Круговой анастомоза формирования, предназначенные для механического инструмента (одноразовые). в Описание для инструмента должна быть разработана пищеварительной системы операций во время круговой анатомии для формирования: Которая обеспечивает тканей одновременное для сжатия, резки, фиксируют титановых теплей марков: Встроенный круговой ножа осуществляется через избыток

						ткани резки и формируется на круговой шов по крайней мере 2 строки шахматы отсортированы титановых теплей марков армении. Инструмент должен иметь для безопасного запуска, ткани сжатия и механической системы формирования механизмы. Учитывая, что круг анатомии время, особенно высокого риска случаях (высокий индекс массы тела, лучевой терапии после измененных тканей, с низким реал антон, ослабленных тканей, анатомия утечки высокий риск), теплей линии обозначение является международным, применяемые в клинической практике подход послеоперационных осложнений (утечка, кровотечения) с целью сокращения, требуется, чтобы в данном инструментов совместно с предоставляться теплей швейных машин средства (биологические укрепляющее покрытие/краски и). Каждый 5 шт инструмента счетом должна быть предоставлена по крайней мере, 1 пк, совместим с
--	--	--	--	--	--	--

					биологической укрепляющее покрытие/кожух, который технически и функционально, можно будет применить соответствующие инструмента с высокой степенью риска оперативных вмешательств, в течение теплей района дополнительного укрепления целях. Размеры и варианты для инструмента, длина в 35 см и 48 см в армении.Устройство диаметром в 21 мм, 25 мм, 29 мм ,мм,33 мм. Товар вариантов диаметром в 21 мм, открытый мак высота: 3.5 мм, длина изделия 35 см, диаметр в 21 мм, открытый мак высота: 4.8 мм, длина изделия 48 см, диаметр в 25 мм, открытый мак высота: 3.5 мм, длина изделия 35 см, диаметр в 25 мм, открытый мак высота: 4.8 мм, длина изделия 48 см, диаметр-на 29 мм, открытый мак высота: 3.5 мм, длина изделия 35 см, диаметр-на 29 мм, открытый мак высота: 4,8 мм длина изделия 48 см, диаметр для 31 мм, открытый мак высота: 4.8 мм, длина изделия 48 см, диаметр для 33 мм, открытый мак
--	--	--	--	--	--

					высота: 4.8 мм, длина изделия 48 см в армении. Поставки условия товар новый, не использовался, одноразовые, отдельно упакованные, заводской стерильной упаковке, подходит сразу для применения:
--	--	--	--	--	---