

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Հաղորդաչափը նախատեսված է չափելու տեսակարար Էլեկտրական հաղորդունակությունը, ջրային լուծույթներում աղի զանգվածային կոնցենտրացիան NaCl-դի (աղի պարունակությամբ), ջրի և ջրային լուծույթների ջերմաստիճանը: Հաղորդաչափը թույլ է տալիս չափել բացարձակ Էլեկտրական հաղորդունակությունը մինչև 25 °C, կոնտակտային հաշվիչ, հոսքի մեջ ընկղմվող հաղորդունակության տվիչով, ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցմամբ, ինքնուրույն սնուցմամբ: Վերլուծվող միջավայրի ջերմաստիճանի պարամետրերը 0-ից մինչև պլուս 75°C, հաղորդիչի Էլեկտրամատակարարումը ինքնավար DC աղբյուրից 2,2-ից մինչև 3,4 Վ լարումով: Չափման միջակայքը 0-20000 μS/սմ: Աղապարունակությունը, Նատրիումի քլորիդով պայմանավորված 0-ից 10000 մգ/դմ³: Տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ. ռեեստրում, անձնագիր և որակի հավաստագիր, շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով: Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ.: Լրակազմ՝ - Փոխակերպման բլոկ, - ДП-015 կամ ДП-15 տեսակի սենսորներ, - Հոսքային կյուվետ, - АА տիպի տարրերի հավաքածու, - Կապի մալուխ անհատական համակարգչի հետ միացնելու համար, - Իոնափոխանակման սյունակ ИОК603, - Հենարանային վահանակ НП603, - Իմպուլսային Էլեկտրասնուցման աղբյուր – ИЭС4-050150 - 1 հատ, - АА տիպի մարտկոց - 2 հատ, - Փորձարկման մալուխներ № 1 և № 2, - Սարքի պայուսակ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арамаис Епископосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \mathcal{U} \mathcal{E} \mathcal{C} - \mathcal{E} \mathcal{U} \mathcal{X} \mathcal{U} \mathcal{Q} \mathcal{F} - 93/26$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Кондуктометр предназначен для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), массовой концентрации соли водных растворов в пересчете на NaCl, температуры воды и водных растворов. Кондуктометр позволяет осуществлять измерение абсолютной УЭП, приведенной к 25 °С, контактный, с проточно-погружными датчиками проводимости, с автоматической термокомпенсацией, с автономным питанием. Параметры анализируемой среды температура от 0 до плюс 75°С, Электрическое питание кондуктометра от автономного источника постоянного тока напряжением от 2,2 до 3,4 В. диапазон измерения 0-20000 мкСм/см. солесодержания, в пересчете на хлористый натрий от 0 до 10000 мг/дм3. Наличие сертификата об утверждении типа прибора в госреестре РА, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском языке. Производства -2025-2026гг. Комплектация: - Блок преобразовательный; - Датчик ДП-015 или ДП-15; - Кювета проточная; - Комплект элементов типа АА; - Кабель связи с ПК; - Колонка ионно-обменная ИОК603; - Несущая панель НП603; - Импульсный источник электропитания ИЭС4- 050150; - Комплект аккумуляторов типа АА – 2 штуки; - Кабели поверочные № 1 и № 2; - Сумка для прибора