

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/117 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Գործիքային սեղան՝ ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25x25x2.0)մմ՝ զոդման եղանակով, անկյունների միացումը կատարվում է 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը առնվազն՝ 710x515x870 մմ(ԵxԼxԲ): Սեղանը ունի երկաթյա մեկ շարահարթակ՝ գետնից 500մմ բարձրության վրա: Սեղանածածկը և շարահարթակը երեսպատված են 1.1-1.5մմ հաստությամբ 18/10 չափսի չժանգոտվող պողպատից, սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծալված լինեն դեպի ներքև 30մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70մմ: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված և ողորկ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ, անձայն և ամուր անվակներ, որոնցից երկուսը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթագույն ջրակայուն որակյալ ներկով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА УЊС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՄԵԼԸԱՊՁԲ-26/117 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Инструментальный стол в соответствии с требованиями постановления Правительства РА N1239-Н от 20 сентября 2012 года, приказа Министерства здравоохранения РА N867. Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из металлических четырехугольных труб (25x25x2,0) мм методом сварки, углы соединены Под углом 45 градусов,наружные размеры каркаса не менее 710x515x870 мм (ДxШxВ). Стол имеет одну железную платформу на высоте 500 мм над землей. Скатерть и платформа облицованы нержавеющей сталью 18/10 толщиной 1,1-1,5 мм, три стороны скатерти должны быть загнуты на 30 мм вниз, а задняя сторона с закругленным краем вверх на 70 мм. Паяльники должны быть механически обработанными и гладкими. К каркасу стола при помощи сварки крепятся металлические ножки, края которых необходимо закрыть пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. К ножкам стола крепятся качественные, бесшумные и прочные колеса с опорной площадкой, две из которых должны иметь тормозную систему. Скелет и ноги должны быть полностью покрыты порошковой краской качественной водостойкой серебристой краской.