

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՄԱՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ALPHATCH Model: AHL-500	Alphatch Technology Co., LTD	Ստերիլիզացիայի և ախտահանման պահարան: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված օզոնի գեներատոր և օզոնի կատալիտիկ քայքայման համակարգ՝ ավտոմատ ակտիվացմամբ յուրաքանչյուր ցիկլից հետո (առանց արտաքին օդափոխության կամ գազի մատակարարման անհրժեշտության): Աշխատանքային ցիկլից հետո օզոնի մնացորդային կոնցենտրացիան խցիկում պետք է լինի ≤ 0.1 ppm՝: Ներկառուցված փոշու հավաքման և ֆիլտրացման համակարգ՝ HEPA կամ համարժեք $\geq 99.97\%$ արդյունավետությամբ ($0.3 \mu m$)՝: Դեզինֆեկցիոն մեթոդ՝ • Օզոն +UV-C համակցված տեխնոլոգիա • 360օ լիարժեք ախտահանում • Մանրէների , բակտերիաների, բորբոսի և հոտերի ոչնչացում Տարողություն՝ • Մինչև 500 գիրք, կամ մոտ 350 արխիվային ֆայլ մեկ ցիկլով Կառուցվածք՝ • Մետաղական ամուր կորպուս (steel body) • 304 stainless steel ներքին հատված (որոշ մոդելներում) • “PLC կամ industrial control system touch panel interface-ով, տվյալների պահպանմամբ (cycle log)” • UV պաշտպանիչ ապակե կամ պողպատե դուռ • Հանվող դարակներ/բազմաշերտ համակարգ

		Կառավարման համակարգ՝ • Ավտոմատ PLC կամ computer control • One-touch operation (մեկ կոճակով մեկնարկ) • Ժամանակի և ռեժիմների կարգավորում ֆունկցիոնալ հնարավորություններ՝ • UV + օզոնային լիարժեք ստերիլիզացիա • Հոտերի վերացում (օր. ծխի, բորբոսի) • Թղթի և գրքերի ամբողջ մակերեսի ախտահանում • Փոշու մաքրում և հավաքում (պարտադիր): Սարքը պետք է ունենա dust removal ֆունկցիա • Օզոնի ավտոմատ քայքայում • Օզոնը (օգտագործվում է ախտահանման համար) հետո ինքնաբերաբար չեզոքացվում է - անվտանգ օգտագործվում Առնվազն 6 անկախ UV-C լամպերի խումբ, 360o տարածական դասավորվածությամբ, ընդհանուր հզորություն $\geq 200W$, ալիքային երկարություն՝ 254nm'', համակարգ՝ $\geq 3D$ airflow ապահովմամբ, ապահովելով ամբողջ ծավալի հավասար ախտահանում: Չափսերը՝ մոտ 1600x700-750x1000-1100մմ միջակայքում՝ Քաշ՝ • Մինչև 180կգ • Խցիկի և արտաքին կորպուսի մետաղական պատերի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 1.0-1.5մմ • Ներքին խցիկի պատերի հաստությունը՝ ≥ 1.2մմ (AISI 304 stainless steel), արտաքին կորպուս՝ ≥ 1.0մմ պողպատ: Պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 2 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Հրավերով ներկայացվող տեխնիկական բնութագրին ապրանքի առերևույթ անհամապատասխանության կասկած առաջանալու դեպքում վերջինս ուղարկվում է փորձաքննության՝ մատակարարի միջոցների հաշվին: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԱՏ-ԷԱԶԱՊԶԲ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ALPHATCH Model: AHLД-500	Alphatch Technology Co., LTD	Ստերիլիզացիայի և ախտահանման պահարան: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված օզոնի գեներատոր և օզոնի կատալիտիկ քայքայման համակարգ՝ ավտոմատ ակտիվացմամբ յուրաքանչյուր ցիկլից հետո (առանց արտաքին օդափոխության կամ գազի մատակարարման անհրժեշտության): Աշխատանքային ցիկլից հետո օզոնի մնացորդային կոնցենտրացիան խցիկում պետք է լինի ≤ 0.1 ppm'': Ներկառուցված փոշու հավաքման և ֆիլտրացման համակարգ՝ HEPA կամ համարժեք $\geq 99.97\%$ արդյունավետությամբ ($0.3 \mu m$)': Դեզինֆեկցիոն մեթոդ՝ • Օզոն +UV-C համակցված տեխնոլոգիա • 360օ լիարժեք ախտահանում • Մանրէների , բակտերիաների, բորբոսի և հոտերի ոչնչացում Տարողություն՝ • Մինչև 500 գիրք, կամ մոտ 350 արխիվային ֆայլ մեկ ցիկլով Կառուցվածք՝ • Մետաղական ամուր կորպուս (steel body) • 304 stainless steel ներքին հատված (որոշ մոդելներում) • ''PLC կամ industrial control system touch panel interface-ով, տվյալների պահպանմամբ (cycle log)'' • UV պաշտպանիչ ապակե կամ պողպատե դուռ • Հանվող դարակներ/բազմաշերտ համակարգ

		Կառավարման համակարգ՝ • Ավտոմատ PLC կամ computer control • One-touch operation (մեկ կոճակով մեկնարկ) • Ժամանակի և ռեժիմների կարգավորում ֆունկցիոնալ հնարավորություններ՝ • UV + օզոնային լիարժեք ստերիլիզացիա • Հոտերի վերացում (օր. ծխի, բորբոսի) • Թղթի և գրքերի ամբողջ մակերեսի ախտահանում • Փոշու մաքրում և հավաքում (պարտադիր): Սարքը պետք է ունենա dust removal ֆունկցիա • Օզոնի ավտոմատ քայքայում • Օզոնը (օգտագործվում է ախտահանման համար) հետո ինքնաբերաբար չեզոքացվում է - անվտանգ օգտագործվում Առնվազն 6 անկախ UV-C լամպերի խումբ, 360o տարածական դասավորվածությամբ, ընդհանուր հզորություն $\geq 200W$, ալիքային երկարություն՝ 254nm'', համակարգ՝ $\geq 3D$ airflow ապահովմամբ, ապահովելով ամբողջ ծավալի հավասար ախտահանում: Չափսերը՝ մոտ 1600x700-750x1000-1100մմ միջակայքում՝ Քաշ՝ • Մինչև 180կգ • Խցիկի և արտաքին կորպուսի մետաղական պատերի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 1.0-1.5մմ • Ներքին խցիկի պատերի հաստությունը՝ ≥ 1.2մմ (AISI 304 stainless steel), արտաքին կորպուս՝ ≥ 1.0մմ պողպատ: Պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 2 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Հրավերով ներկայացվող տեխնիկական բնութագրին ապրանքի առերևույթ անհամապատասխանության կասկած առաջանալու դեպքում վերջինս ուղարկվում է փորձաքննության՝ մատակարարի միջոցների հաշվին: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:
--	--	---

