

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/110 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ներարկիչային ինֆուզոմատ Benefusion SP3/SP5/uSP	Ներարկիչային ինֆուզոմատ Benefusion SP3/SP5/uSP	Benefusion SP3/SP5/uSP	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd	Ներարկիչային ինֆուզոմատ (Syringe Pump) 1. Ընդհանուր պահանջներ. 1.1. Մատակարարվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: 1.2. Սարքը պետք է նախատեսված լինի դեղամիջոցների և լուծույթների ճշգրիտ և շարունակական ներերակային ներմուծման համար հիվանդանոցային պայմաններում: 1.3. Արտադրողը պետք է ունենա ISO 13485 կամ համարժեք որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր: 1.4. Սարքը պետք է

					ունենա CE Mark և/կամ FDA հավաստագիր: 2 Տեխնիկական պահանջներ. Սարքի տեսակ՝ ներարկիչային ինֆուզիոմատ, աշխատանքային ալիքների քանակ՝ 1, աջակցվող ներարկիչներ՝ 5, 10, 20, 30, 50/60 մլ, ներարկիչի ճանաչում՝ ավտոմատ, ինֆուզիայի արագություն՝ 0.1–1200 մլ/ժ կամ ավելի, արագության կարգավորման քայլ՝ ≤ 0.1 մլ/ժ, ներմուծման ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ կամ ավելի լավ, VTBI ֆունկցիա՝ պարտադիր, Bolus ռեժիմ՝ պարտադիր, KVO ռեժիմ՝ պարտադիր, Anti-bolus պաշտպանություն՝ պարտադիր, Drug Library՝ առկա, դեղաչափային ռեժիմներ՝ առնվազն Rate, Time, Dose, Weight, օկյուզիայի ճնշման մակարդակներ՝ ≥ 8 մակարդակ, պատմության հիշողություն՝ ≥ 1000 իրադարձություն, Էկրան՝ գունավոր LCD/TFT, Էկրանի չափ՝ $\geq 3.5"$, հայտնաբերվող ահազանգեր՝ տեսողական և ձայնային, USB միացում՝ առկա, ցանցային ինտեգրման հնարավորություն՝ առկա կամ ընդլայնվող, պաշտպանության աստիճան՝ IPX4
--	--	--	--	--	---

					կամ ավելի բարձր, Էլեկտրասնուցում՝ 100-240V AC, 50/60Hz, ներկառուցված մարտկոց՝ պարտադիր, մարտկոցի աշխատանք՝ ≥ 6 ժամ, սարքի քաշ՝ ≤ 3 կգ: 3. Ահազանգման համակարգ. Սարքը պետք է ապահովի ձայնային և տեսողական ահազանգեր հետևյալ դեպքերում. Օկլյուզիա (Occlusion), Ներարկիչի սխալ տեղադրում, Ներարկիչի բացակայություն, Ինֆուզիայի ավարտ, VTBI ավարտ, Մարտկոցի լիցքաթափում, Ցածր մարտկոց, Հոսանքի անջատում, Դռան բացում, Համակարգային սխալ: 4. Մատակարարման կազմ. Մատակարարումը պետք է ներառի՝ Ներարկիչային ինֆուզոմատ՝ 1 հատ, Էլեկտրասնուցման մալուխ, Օգտագործման ձեռնարկ (հայերեն կամ անգլերեն), Ստենդին ամրացման համակարգ, Սպասարկման փաստաթղթեր, Երաշխիքային քարտ: 5. Երաշխիք և սպասարկում. Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 24 ամիս, Սպասարկման և պահեստամասերի ապահովում, Տեղադրում,
--	--	--	--	--	---

					գործարկում և անձնակազմի ուսուցում՝ մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-26/110 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					