ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիուն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Ամբողջական դեֆիբրիլիատոր-մոնիտոր նախատեսված սրտային խնդիրների անհետաձգելի օգնության համար, մշակված է բավարարելու բազային վերակենդանացման ծառայության և ընդլայնված վերակենդանացման ծառայության հիվանդների պրոտոկոլներին: Մոնիտորը հնարվություն ունի իրականացնելու դեֆիբրիլիացիան MANUAL, ADVISORY կամ AED ռեժիմներում : Չափերը ոչ ավել քան ՝ 370 x 245 x 345 mm Քաշը ոչ ավել քան ՝ 5,6 կգ / ներառյալ մարտկոցները / Սնուցումը

					՝ AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 12Վ փոխակերպիչ ավտոմեքենայի համար /հնարավորություն/ ։ Լիցքավորվող մարտկոց 15.0 V – 3.2 Ah Lithium-ion Լիցքավորված մարտկոցով օգտագործման ժամանկը առնվազն ՝ 5 ժամ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը ոչ ավել ՝ 3 ժամ Առնվազն 150 դեֆիբրիլիացման 230Ջ ուժով ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով Ձայնային և տեքստային բազմալեզու ծրագրի առկայություն Հիշողությունը առնվազն ՝ 4գբթ, 300 ժամ ԷՍԳ տվյալ, իրադարձություն և օգտագործման ընթացքում իրականացված գործողությունների պահպանում Պահպանված իրադարձությունների /events / դիտում և տպագրում Մեկուսացումը ՝ ԷՍԳ տեսակը CF, դեֆիբրիլիացիայի տեսակը BF Ջրակայունության աստիճանը ՝ Class IPX4 Դեֆիբրիլիացում ՝ Երկփուլային կրճատված էքսպոնենցիալ (BTE), HiCAP տեխնոլոգիա (մեծ կուտակիչ կոնդենսատոր) Դիմադրողականություն ՝

					կոնպենսացվող , միջակայքը ոչ ավել 25-200 օհմ Վերալիցքավորում ` առնվազն 6վ 230ջ AED ռեժիմ Ֆիքսված ուժ առնվազն 200ջ Կիրառվող պրոտոկոլը առնվազն՝ ERC 2015 սիրտ-թոքային վերակենդանացման ուղեցույցներ՝ ձայնային և տեքստային հուշումներով Շոկային ռեժիմները ` VF ամպլիդուտը » 0.15 mV և VT ռիթմը »150 bpm Զգայունությունը՝ Շոկային ռիթմ-VF » 95%, Շոկային ռիթմ - VT » 75% Սպեցիֆիկությունը՝ Համաձայն ERC 2015-ի, Նորմալ սինուսոիդալ ռիթմ » 99%, Ասիստոլիա և այլ ոչ շոկային ռիթմեր » 95% Manual ռեժիմ Առնվազն 1 - 230 Ջ (1-10 Ջ-ից 1 Ջ քայլով; 10-ից 230 Ջ-ից 10 Ջ քայլով) Հրահանգներ՝ Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորման կոճակ: Լիցքավորման և հարվածային կոճակ անմիջապես առջևի վահանակում՝ ձեռքերը ազատ դեֆիբրիլյացիայի համար Գործարկման ռեժիմ ` ԷՍԳ «R» ալիքի սինխրոն կամ ասինխրոն ռեժիմ Էկրանը՝ Բարձր կոնտրաստային TFT գունավոր LCD առնվազն 7 դյույմ (800X480 կետ) Ցուցադրման ռեժիմ՝

					Կարող է ընտրվել 3, 6, 12 ԷՍԳ ուղիներ ԷՍԳ մոնիտորինգ Թողունակությունը առնվազն՝ 0.5 - 120 Հg (-3 դԲ) ֆիլտրերը անջատած վիճակում CMRR » 95 դբ Մուտքային դիմադրողականություն՝ » 20 Մոհմ Մուտքը՝ Հիվանդի մալուխ առնվազն 5 արտածումով (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) – ստանդարտ Ուժեղացում առնվազն՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 մմ/մՎ հիվանդի մալուխով: Ավտոմատ՝ պնակներով Արագություն առնվազն՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Զտիչներ ոչ պակաս՝ 550/60 Հg, ԷՄԳ ֆիլտր, բազային գիծ Մոնիտորինգի ռեժիմում թողունակությունը առնվազն՝ 0.6 - 40 Hz (-3 db) Դիագնոստիկ ռեժիմում թողունակությունը առնվազն՝ 0.05 - 120 Hz (-3 db) Սրտի զարկեր առնվազն՝ 20 - 300 զ/ր (~ 2%), թվային ցուցմունք էկրանին Ազդանշան ՝ Սրտի առավելագույն զարկերը՝ կարգավորվող 250 զ/ր, սրտի նվազագույն զարկ 20 զ/ր Ներկառուցված տպիչ ՝ Ինտեգրված ջերմային առնվազն 3 ալիքային տպիչ՝ ԷՍԳ հետքերի և իրադարձությունների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՀՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					փաստաթղթավորման համար, ներառյալ սրտի բաբախ, SpO2/NIBP արժեքներ, SpO2/NIBP հնարավորություն/ Թղթի արագությունը նվազագույնը՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Գործարկման ռեժիմները առնվազն ՝ Ձեռքով, ավտոմատ (10 դյույմանոց նախնական և հետհարվածային ծալապատություն) Աքսեսուարներ Պայուսակի առկայություն Տեղափոխման սնուցման մալուխ ԷՍԳ մալուխ առնվազն 5 արտածման համար Տպիչի թղթի առկայություն առնվազն՝ 10 հատ Սարքը պետք է համապատասխանի ՝ IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 ստանդարտներին CE Mark EEC 93/42 • Medical device, Class IIb Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 12ամիս: