

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ինֆուզիոն պոմպ	Ինֆուզիոն պոմպ	Ինֆուզիոն պոմպ	Ինֆուզիոն պոմպ	Ինֆուզիոն պոմպ Բարձր ճշգրտություն՝ $\pm 5\%$ կամ ավելի ճշգրիտ Առնվազն 4.3'' գունավոր հպումային էկրան · Կրկնակի օդային պղպջակների հայտնաբերում · Կրկնակի ճնշման հայտնաբերում · Հակաբոլուս ֆունկցիա · Դեղերի սխալների նվազեցման գործառույթ (DERS) · IP մակարդակ՝ IP34 · առնվազն 8 ժամ մարտկոցի պահուստային ժամանակը Չափսերը ոչ ավել, քան՝ 200*130*110 մմ $\pm 5\%$ Քաշը, ոչ ավել, քան՝ 1.5 կգ Էկրան՝ առնվազն 4.3 դյույմ TFT գունավոր հպումային

					Էկրան ճալվող բռնակի առկայություն Պոմպերը պետք է հնարավոր լինի իրար վրա դնել (stackable) Պայծառություն` առնվազն 1-10 մակարդակներ, կարգավորվող Ձայնի մակարդակը` առնվազն 1-10 մակարդակ, կարգավորվող Ինֆուզիոն դիսփլեյ - մեծ տառատեսակով դիսփլեյ` ինֆուզիոն հիմնական պարամետրերի հստակ պետք է երևան նույնիսկ հեռավորության վրա Պետք է ցուցադրվի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը` Համակարգի տեղեկատվություն` IV ապրանքանիշ, IV չափս, Կողպված Էկրանի կարգավիճակ (Lock screen status), ընտրված դեղամիջոցի անվանում, մարտկոցի մնացած հզորություն: Ինֆուզիոն տեղեկատվություն` Արագություն (rate), VTBI, Մնացած ժամանակ, ներարկված ընդհանուր ծավալ, իրական ժամանակում օկկյուզիայի ճնշում, ահազանգեր: Սենսորային Էկրանի կոճակ` մեկնարկ/կանգ, բոլուս/մաքրում, մենյու Ճնշման սոնսոր` վերև և ներքև ճնշման սենսորներ Օդային պղպջակի
--	--	--	--	--	--

սենսոր՝ վերև և ներքև օդային պղպջակի սենսորներ Դռան փական (door lock) - առնվազն 2 Դռան սենսոր - առնվազն 1 Պարամետրեր՝
 Ճշգրտություն՝ արագությունը ոչ պակաս, քան՝ 1մ/ժ, Ճշգրտություն՝ ոչ ավել, քան՝ 5% Ռեժիմ՝ առնվազն 8 ինֆուզիոն ռեժիմների առկայություն
 Արագության ռեժիմ (rate mode), Ժամանակի ռեժիմ, Մարմնի քաշի ռեժիմ, Կաթիլային ռեժիմ (drip mode), Դեղորայքի գրադարանի ռեժիմ (drug library mode), Ramp up/down ռեժիմ, Բեռնման դոզայի ռեժիմ (loading dose mode), Հաջորդականության ռեժիմ (sequence mode) Ինֆուզիոն արագություն՝ առնվազն 0.10-1500 մ/ժ., նվազագույն քայլը՝ 0.01 մ/ժ
 Նվազագույն հոսքի արագության աճ՝ 0.1 մ/ժ (0.1-99.99մ/ժ) ; 0.1 մ/ժ (100-999.9 մ/ժ), 1 մ/ժ (1000-1500մ/ժ) Կաթիլային ռեժիմի միջակայքը՝ առնվազն 1-500 կաթիլ/ր. (կախված խողովակի չափից) Բոլուս, առնվազն՝ 0.10-1500 մ/ժ , նվազագույն քայլը՝ 0.01 մ/ժ Մաքրման արագությունը՝ 1500 մ/ժ KVO արագությունը՝ 0.00-5.0 մ/ժ

Միկրոռեժիմի տիրույթ՝ ճշգրիտ
 ներարկման/ինֆուզիոն
 կառավարում նորածինների համար,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 100-1500
 մլ/ժ VTBI - առնվազն 0.01-9999.99 մլ,
 նվազագույն քայլը՝ 0.01մլ
 Ներարկված ընդհանուր ծավալը՝
 0.00-9999.9 մլ, նվազագույն քայլը՝
 0.01մլ Մարմնի քաշը առնվազն ՝ 0.1
 -300.0 կգ Ծավալը (հեղուկի
 քանակը)՝ 0.01-99999.9
 Կոնցենտրացիայի միավոր,
 առնվազն ՝ ng/min, ng/h, ng/kg/min,
 ng/kg/h, ug/min, ug/h, ug/kg/min,
 ug/kg/h, mg/min, mg/h, mg/kg/min,
 mg/kg/h, g/min, g/h, g/kg/min, g/kg/h,
 U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, IU/min,
 IU/h, IU/kg/min, IU/kg/h, KU/min, KU/h
 KU/kg/min, KU/kg/ h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/ kg/min,
 kcal/kg/h Դոզայի միավոր, առնվազն
 ՝ ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml,
 IU/ml, KU/ml, IE/ml, mol/ml, mmol/ ml,
 kcal/ml ժամանակը՝ 1
 ր.-99ժամ59րոպո Օդային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<EUSCOB-ECUATP-2026/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					պղպջակների դետեկտորի մակարդակ - առնվազն 7 մակարդակ (50սլ-800սլ ընտրովի); Պետք է հայտնաբերի առանձին պղպջակներ (50 սլ) և կուտակված պղպջակներ Օկլուզիայի հայտնաբերում՝ 1-12 մակարդակ, ընտրովի; միջակայքը՝ 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս.: 4 ճնշման միավոր, ընտրովի - mmHg, kPa, PSI, Bar Հակա-բոլուս (Anti bolus) Գրանցումներ - առնվազն 5000 գրանցում նոսրացնող տեխնիկական հատկություններ 2000 դեղերի գրադարան Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ,
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
3					
					առնվազն՝ ձեռքով, ավտոմատ Ավտոմատ կողպման ժամանակը՝ 15 վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standby ռեժիմ - միջակայք՝ 00: 01վ -99 ժամ: 59 րոպե Ահազաններ- առնվազն ` պատկեր, ձայն, տեքստ, լույս Միացում՝ լարով , հնարավոր է նաև ավելացնել անլար մոդուլ (WiFi մոդուլ) USB առկայություն IrDA մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն Relay ավելացնելու հնարավորություն DERS (Դոզայի սխալի նվազեցման համակարգ) - առկայություն DPS (Օկլյուզիայի

					նախա-ահագանգ և ճնշման անկման ահագանգեր) - առկայություն Մարտկոց, առնվազն՝ 7.4Վ, 2500մԱհ: Լիցքավորման ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 2.5 ժամ Հոսանք՝ AC 100-240Վ, ,50/60Հց Որակի վկայականներ՝ CE կամ համարժեք, ISO 13485 կամ համարժեք Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--	---