

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Էլեկտրական արտածծիչ պոմպեր	Էլեկտրական արտածծիչ պոմպեր	Էլեկտրական արտածծիչ պոմպեր	Էլեկտրական արտածծիչ պոմպեր	Չափերը՝ առավելագույնը ամեն կողմի համար 362.5մմ×277.5մմ×135 (Երկարություն, լայնություն և բարձրություն): Չանգված՝ առավելագույնը 4.5 կգ: Դիսփլեյ՝ առնվազն 8.0", 800×600 TFT LCD հպումային Էկրան: Հոսանքի սնուցում՝ AC:100V~240V, 50Hz/60Hz: Պետք է ունենա վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոց առնվազն 11 վոլտ լարումով, առնվազն 4400mAH ունակությամբ և ապահովում է առնվազն 5 ժամ անդադար սնուցում: Մարտկոցի վիճակի վերաբերյալ լուսային

					ցուցանշանների առկայություն: Առկա է ներկառուցված լատինատառ QWERTY տեսակի ստեղնաշար: Ստանդարտ սենսորային միակցիչ առնվազն 4 տող: Ցանցային միակցիչ առնվազն մեկ RJ-45: Պետք է ունենա լոկալ ցանցին միանալու և հետագոտությունների արդյունքների տվյալների փոխանցման հնարավորություն ներհիվանդանոցային էլեկտրոնային կառավարման համակարգին: Պետք է ունենա ստանդարտ առնվազն USB 2.0 սկավառակը, սկաները և տպիչ միացնելու համար: Պետք է ունենա առնվազն ևս մեկ ստանդարտ USB այլ սարքի միացման համար: Ֆիքսված հիշողություն առնվազն 800 ԷՍԳ տվյալների պահպանման համար: Պետք է ունենա լրացուցիչ հիշողության ավելացման հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի կամ U disk-ի միջոցով: Պետք է ունենա տվյալների ֆոնային պահպանման ռեժիմ: Պետք է ունենա տվյալների պահպանման առնվազն PDF DAT JPEG ֆորմատներով և Dicom
--	--	--	--	--	--

առկայություն, FDA-XML
 ֆորմատները: Պետք է ունենա
 ջերմային կետային զանգվածով
 աշխատող տպիչ: Հորիզոնական
 լուծելիություն առնվազն՝ 39 կետ/մմ:
 Ուղղահայաց լուծելիություն
 առնվազն՝ 8 կետ/մմ: Տպելու
 արագություն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6,25
 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50
 մմ/վ, սխալ՝ $\pm 3\%$: Տպագրման
 լայնությունը առնվազն՝ 213 մմ
 (սարքի արդյունավետ տպագրման
 լայնությունը առնվազն 209 մմ:
 Թուղթ՝ առնվազն 209 մմ $\times$ 139 մմ $\times$
 19 մ (Z տիպ): Թղթի տեսակը՝
 ծալովի ջերմազգայուն տպագրական
 թուղթ: Առնվազն 10 տեսակի
 տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ:
 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 3 $\times$ 4+3R,
 6 $\times$ 2, 6 $\times$ 2+1R, 6 $\times$ 2+3R, 12 $\times$ 1, 12 $\times$ 1
 V6, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի,
 ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝
 1 թույն, 3 թույն): ԷՍԳ ալիքի ձևեր
 առնվազն՝ HR միջակայքը՝ 30bpm
 -300bpm, HR ճշգրտություն՝ ± 1 bpm
 (10s միջին), սխալի գործակից՝ $\leq 5\%$,
 0,333: Պետք է ունենա առնվազն
 հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը չափելու
 հնարավորություն՝ P ժամանակի

սահմանափակում, PR միջփուլ, QRS
 ժամանակի սահմանափակում, QT
 միջֆազ, QTC միջֆազ, RV5swing,
 SV1swing, RV6swing, SV2swing,
 RV5+SV1swing, P առանցք, QRS
 առանցք, T առանցք: Ախտորոշման
 վերլուծությունն առնվազն՝ 130
 տեսակ: Ազդանշանները
 մուտքագրվում են առնվազն 12
 արտածումներով, պետք է ունենա
 դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ
 կայունություն, պետք է աշխատում է
 սրտի ռիթմավարի հետ:
 Էլեկտրական ցնցումներից
 պաշտպանվածության աստիճանը
 առնվազն՝ 3980 Վ: Էլեկտրոդի օֆսեթ
 պոտենցիալը առնվազն՝ ± 600 մՎ:
 Հաճախականության արձագանք
 առնվազն՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB):
 Ելակետային զտիչը հնարավոր է
 միացնել և անջատել: ԷՍԳ զտիչներ
 առնվազն՝ 25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել:
 Ցածրանցիկ ֆիլտրեր առնվազն՝ 75
 Հց, 100 Հց, 150 Հց, 200 Հց, Փակ:
 Հաճախականության զտիչը
 հնարավոր է անջատել և միացնել:
 Ազդանշանի ուժեղացման մանուալ
 ընտրությունն առնվազն՝ 2.5, 5, 10, 20,
 40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի

					ճշգրտությունն առավելագույնը՝ $\pm 5\%$։ Սրտագրման արագությունների ընտրանքն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ։ Մուտքի դիմադրություն՝ $\geq 50\text{M}\Omega$ Ալիքի արձագանքման ժամանակը՝ ≤ 5 վրկ։ Ելակետային գծի վերականգնման ժամանակը արտածույնների լուծարման դեպքում առավելագույնը՝ 1 վրկ։
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦУСОО-ЕЦУУ72Р-2026/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ տեխնիկական առնվազն՝ 4895V 358J պայմաններում։ Դեֆիբրիլյատորի ազդեցությունից հետո տվյալների վերականգնում առավելագույնը 5 վայրկյան անց։ Աքսեսուարներ Պետք է ունենա առնվազն ստանդարտ լրակազմ՝ սարքավորում, արտածույններ, օգտագործողի ուղեցույց, սնուցման լար։ Պայուսակի առկայություն սարքը անվտանգ տեղափոխելու համար Լրակազմը պետք է ներառի՝ տանձիկներով աշխատելու մալուխները, ինչպես նաև ինքնակաչուն մեկ անգամյա օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդներով աշխատելու մալուխների հավաքածու։ Մեկ անգամյա
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
6					

					օգտագործման EՍԳ էլեկտրոդների առկայությունն առնվազն՝ 80 հատ: Տպիչի թղթի առկայությունն առնվազն՝ 2 հատ: Հաղթող մասնակիցը տրամադրում է անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետ կոմունիկացիայի հաստատման համար: Համապատասխանում է առնվազն IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 պահանջներին: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է սարքավորման տեղադրում և կիրառման ուսուցում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 12 ամիս: Սարքավորումն պետք է ունենա գերճնշումից պաշտպանություն, առանց յուղ աշխատող պոմպ: Մուտքային հզորությունը՝ առնվազն 150VA: Վակուումի ուժը՝ առնվազն 85 kPa: Օդի հոսքը՝ առնվազն 25 l/min: Վակուումի կարգավորման
--	--	--	--	--	---

				միջակայքը՝ նվազագույն շեմը ոչ ավել 20 kPa-ից: Աշխատանքային աղմուկը՝ ոչ ավել ≤ 65dB: Հեղուկի հավաքման տարան՝ նվազագույնը 900մլ առավելագույնը 1000մլ, PC սյուրփից: Շարունական աշխատանքային ժամանակ՝ ոչ պակաս 30 րոպեից: Սարքը պետք է հնարավոր լինի կիրառել մեքենայի մեջ: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց: Մարտկոցով աշխատածամը՝ ոչ պակաս 60 րոպե: Պետք է ունենա պատից ամրացնելու հնարավորություն: Հոսանքի սնուցումը AC 100-240V, 50/60Hz կամ DC 12V: Քաշը՝ ոչ ավել քան 4կգ: Չափերը՝ ոչ ավել 480*190*290 Որակի վկայականներ՝ ISO 13485 կամ համարժեք Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--