

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Yonker	Yonker	E15	Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co.,Ltd.	Կարդիո ռեսպիրատոր մոնիտորներ Նորածինների զարկերակից արյան ճնշումը չափելու համար հնարավորությամբ Պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի առնվազն 15" գունավոր TFT կամ LCD էկրան, առնվազն 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի

					ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: Առնվազն 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային կամ կիկել ջրածնային մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն առնվազն՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո առնվազն 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի լիցքի նվազման ազդանշանից հետո առնվազն 5 րոպե անխափան աշխատանքի հնարավորություն: Սարքավորման չափսերը՝ 310×290×160 մմ (±10մմ) ամեն կողմի համար: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն առնվազն 7x24 ժամ: Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն առնվազն 400 ցուցանիշ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն առնվազն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0
--	--	--	--	--	---

mV, ճշտություն՝ 0.02 mV: Պոլսի
 հաճախության միջակայքը
 առնվազն՝ 20 ~ 300 bpm,
 լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1
 bpm, ճշտություն՝ ± 3 bpm: ԷՍԳ
 արտածումներն առվազն 5 հատ
 (RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների
 ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR,
 aVL, aVF, V: Հզորացման
 գործակիցներ առնվազն՝ $\times 250$,
 $\times 500$, $\times 1000$, $\times 2000$:
 Չգայունություն առնվազն 200 μ V
 (գագաթային արժեք):
 Դիմադրություն առավելագույնը »5
 M Ω : Սրտի հաճախության միջակայք
 առնվազն 15-380 bpm: Ճշտություն
 $\pm 1\%$: Կարգաբերման ազդանշան՝
 1mV $\pm 5\%$: Դեֆիբրիլյացիայից հետո
 վերականգնման ժամանակ
 առավելագույնը 3 վայրկյան:
 Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL
 իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք
 առնվազն 0.3 ~ 3 Ω : Հիմնային
 իմպեդանս առնվազն՝ 200 ~ 4000:
 Թողունակություն առնվազն՝ 0.1 ~
 2.5 Hz: Շնչառության հաճախություն
 առնվազն՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր,
 մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր:
 Ճշտություն՝ ± 2 շ/ր: Ասֆիքսիայի

					համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ 10-40 վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ: Ունի առնվազն մանուալ, ավտոմատ և STAT չափման ռեժիմներ: Ավտոմատ չափման ինտերվալներ առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ ավել, քան՝ 5 րոպե: Չափման միջակայքների առնվազն՝ մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ± 3 mmHg: Առավելագույն սխալ՝ ± 5 mmHg: Ճնշման պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg: SpO₂ չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%: Լուծաչափություն առավելագույնը 1%: Ճշտություն՝ 70%-100%, ոչ ավել քան 2 միավոր: Ջերմաստիճանի ալիքների քանակ առնվազն՝ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (առանց
--	--	--	--	--	---

					սենսորի): Ունի առնվազն հետևյալ պարագաները՝ NIBP թևնոց, մեծահասակի 1 հատ, նորածնի՝ 1 հատ և խողովակ 1 հատ , EUG մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ առնվազն 40 հատ, SpO2 սենսոր 1 հատ , ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային կամ նիկել ջրածնային մարտկոց 1 հատ, հոսանքի կտր 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼՎԲԿ-ԷԱՃԱԴԶ-26/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		որակի վկայականներ առնվազն, CE, ISO13485, SFDA Դաս IIb, технические характеристики էլեկտրաշնչի պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO2/NIBP մոդուլներ՝ BF տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4					